

Приложение № 1
к заявке на закупку
Расходного материала
для операционного блока

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) ИМН

Номер и наименование лота	Состав (комплектация) ИМН	Количество
Лот 1 Нетканый материал	1000x1000 мм ($\pm 10\%$) 1 уп. – не менее 95 листов	10 упаковок
Лот 2. Индикатор химический стерилизации парами перекиси водорода для плазменного стерилизатора	1 уп. – не менее 500 штук	6 упаковок

2. Технические требования:

Лот № 1:

- 2.1.1. Материалы нетканые предназначены для упаковки и заворачивания изделий медицинского назначения для дальнейшей их стерилизации в низкотемпературных плазменных стерилизаторах.
- 2.1.2. Материалы нетканые без покрытия с поверхностной плотностью более 25 г/м². Но не более 70 г/м² изделия из них.

Лот № 2:

- 2.2.1. Предназначены для контроля условий стерилизации парами перекиси водорода при температуре до 60°C, все режимы, 4 класс.
- 2.2.2. Прямоугольные, каждый индикатор должен быть снабжен липким слоем, элементом сравнения и маркировкой.
- 2.2.3. Использование снаружи и внутри упаковки.
- 2.2.4. При соблюдении условий стерилизации исходный цвет индикаторных меток должен необратимо меняться на цвет, соответствующий представленному здесь же эталону.