

Технические характеристики (описание)
Индикатор контроля этиленоксидной стерилизации химический
для У ГОКЦ

1. Состав (комплектация) ИМН

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Размер/состав</i>	<i>Количество</i>
ЛОТ №1 Индикатор контроля этиленоксидной стерилизации химический	Внутренний	2500 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №1 Индикатор контроля этиленоксидной стерилизации химический
1. Обеспечение визуального контроля соблюдения критических параметров этиленоксидной стерилизации <i>во всех режимах</i>. 2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров этиленоксидной стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий. 3. Индикаторы представляют собой прямоугольные пластины с нанесенными на них одной или двумя индикаторными метками и эталоном сравнения. 4. Однократного применения. 5. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (оксид этилена) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени. 6. Материал: бумажная основа на клеевом основании. 7. Соответствие 5 классу.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. согласно аукционным документам организатора.

Технические характеристики (описание)
Лента липкая для этиленоксидной стерилизации с индикатором для У ГОККЦ

1. Состав (комплектация) ИМН

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Количество</i>
ЛОТ № 2 Лента липкая для этиленоксидной стерилизации с индикатором	10 штук

2. Технические требования:

ЛОТ № 2 Лента липкая для этиленоксидной стерилизации с индикатором
1. Обеспечивает фиксацию упаковочного материала. 2. Материал ленты: бумажная основа на клеевом основании. 3. Лента имеет индикаторную метку, соответствующую этиленоксидной стерилизации. 4. Индикаторная метка изменяется и достигает конечного цвета в атмосфере стерилизующего агента (оксид этилена) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени. 5. Однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. согласно аукционным документам организатора.