

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик).

Диссектор ультразвуковой с комплектом инструментов и принадлежностей

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Аппарат хирургический для ультразвуковой диссекции - коагуляции тканей (допускается наличие разъема для биполярной коагуляции).	1
1.2	Педаля (педали) для управления аппаратом.	1 к-т
1.3	Генератор ультразвука (трансдюсер), автоклавируемый.	3 (см.прим)
1.4	Инструмент-ножницы ультразвуковой диаметром 5 мм, 12-16 см длиной с кнопками для ручной активации.	6
1.5	Инструмент-ножницы ультразвуковой диаметром 5 мм, 22-26 см длиной с кнопками для ручной активации.	18
1.6	Инструмент-ножницы ультразвуковой диаметром 5 мм, 34-36 см длиной.	6

Примечание: количество определяется свойствами принадлежности, минимальное количество - не менее 3 штук, но при наличии ограничений на количество использований – обеспечить выполнение не менее 500 операций.

2. Технические требования:

№ п/п	Технические требования (отражены только позиции, требующие дополнительных характеристик)
Аппарат для ультразвуковой диссекции	
2.1	Основная генерируемая частота ультразвука в диапазоне 53-56 кГц.
2.2	Прибор должен обеспечивать не менее 5 уровней мощности ультразвукового воздействия.
2.3	В комплекте должны быть все необходимые кабели, адаптеры для подключения инструментов, ключи и прочие принадлежности с учетом примечания об обеспеченном количестве операций (с учетом примечания)

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок всего комплекта оборудования не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.