

## Технические характеристики аудиометра импедансного

### 1. Состав (комплектация) оборудования (1 комплект):

| №    | Наименование                                 | Количество  |
|------|----------------------------------------------|-------------|
| 1.1. | Импедансный аудиометр                        | 1           |
| 1.2  | Универсальный пробник                        | 1           |
| 1.3  | Одиночный контралатеральный головной телефон | 1           |
| 1.4  | Вкладыши ушные                               | 1 набор     |
| 1.5  | Шнур питания                                 | 1           |
| 1.6  | Термопринтер                                 | 1           |
| 1.7  | Термобумага                                  | 100 рулонов |

### 2. Технические требования

#### 2.1. Тимпанометр (импедансометр)

2.1.1. Частота зондирующего сигнала: 226 Гц(678, 800, 1000 - возможно наличие)

2.1.2. Уровень зондирующего тона: 85 Дб звуковой громкости,  $\pm 2$  Дб,

2.1.3. Диапазон подвижности: от 0,1 до 5,0 см<sup>3</sup> (+/- 5-10%).

2.1.4. Возможность исследования ипси- и контралатерального акустического рефлекса.

2.1.5. Возможность исследования функции слуховой трубы при интактной и перфорированной барабанной перепонке.

2.1.6. Возможность тестирования в автоматическом и ручном режиме.

2.1.7. Возможность присоединения к компьютеру.

2.1.8. Корпус изделия должен быть изготовлен из материала устойчивого к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами.

2.1.9. Наличие ЖКИ-дисплея.

2.1.10. Питание от сети 220В (+/- 10%).

#### 2.2. Пневмосистема

2.2.1. Диапазон давлений: от +200- +300 до -400 - -600 декаПа,

2.2.2. Измеренное значение отображается на графическом дисплее,

2.2.3. Направление развертки: от положительного к отрицательному.

#### 2.3. Стимулы для исследования слухового рефлекса.

##### 2.3.1. Частоты:

Тон - Контра, Рефлекс: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Гц.

Тон - Ипси, Рефлекс: 500, 1000, 2000, 3000 и 4000 Гц.

2.3.2. Выходные уровни: ипси: 500, 1000, 2000, 3000 и 4000 Гц. не более 110 Дб уровня громкости; контра: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Гц,- не более 120 Дб.

**3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно аукционным документам организатора.**