

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки «Установка моющая ультразвуковая с принадлежностями»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (на один комплект):

п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.1.	Установка моющая ультразвуковая для обработки медицинского инструментария с принадлежностями в составе:	Комплект	1
1.1.1	Мойка-стол с двумя ваннами (в том числе одна для ультразвуковой обработки, одна для ополаскивания), с тремя тумбами (в том числе одна со сплошной столешницей)	Штука	1
1.1.2	Генератор для ультразвуковой ванны с электронным блоком управления, интегрированный в установку	Штука	1
1.1.3	Корзина из нержавеющей стали, совместимая с ультразвуковой мойкой	Штука	1
1.1.4	Подставка из нержавеющей стали для корзин, совместимая с ультразвуковой мойкой	Штука	1
1.1.5	Смеситель для ультразвуковой ванны с длинным изливом для холодной и горячей воды	Штука	1
1.1.6	Смеситель для ванны с длинным изливом и дополнительной ополаскивающей подпружиненной лейкой для холодной и горячей воды	Штука	1
1.1.7	Пистолет для продувки сжатым воздухом в комплекте с гибким шлангом, интегрированный через столешницу	Штука	1
1.1.8	Пистолет для промывки водой с комплектом специальных наконечников, облегчающих очистку обрабатываемых изделий в комплекте с гибким шлангом, интегрированный через столешницу	Штука	1
1.1.9	Сифон для ультразвуковой ванны с дистанционно управляемым донным клапаном	Штука	1
1.1.10	Сифон ванны для ополаскивания со вставкой для поддержания необходимого уровня воды в ванне, с переливом	Штука	1
1.1.11	Крышка для ультразвуковой ванны, съемная	Штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

п/п	Требуемые параметры	Примечание
2.1.	Столешница должна быть выполнена в виде единого неделимого блока с бортиком со стороны стены и двумя ваннами, в одну из которых интегрирована ультразвуковая ванна (конфигурация: сплошная столешница слева, ванна по центру, ультразвуковая ванна справа).	Соответствие
2.2.	Три нижних тумбы должны закрывать все пространство до пола, иметь распашные двери и полки для размещения оборудования, хранения принадлежностей и расходных материалов.	Соответствие
2.3.	Все панели тумб и столешница должны быть выполнены из нержавеющей стали и иметь многослойную структуру, исключаящую их дребезжание и деформацию.	Соответствие
2.4.	Ультразвуковая ванна рабочим объемом (по объему рабочей жидкости) не менее	30 литров
2.5.	Промывочная ванна объемом не менее	40 литров
2.6. *	Общая длина моеющей установки Глубина (по столешнице) Высота (по столешнице)	2700(±10 мм) 700 (±10 мм) 900(±10 мм)
2.7.	Пистолет для мытья обрабатываемых изделий водой под давлением должен иметь адаптеры (насадки) различного диаметра и назначения	Не менее 8 насадок
2.8.	Установка должна иметь исполнение для работы с централизованным подключением холодной и горячей водопроводной воды, деминерализованной воды, сжатого воздуха, канализации	Соответствие
2.9.	Номинальная выходная мощность ультразвука, не менее Потребляемая электрическая мощность, не более	500 Вт 3 кВт
2.10.	Электропитание	220 (230)В, 50 Гц

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Существенные условия: Обязательство о подключении ко всем необходимым для работы оборудования инженерным сетям.

Габаритные размеры обусловлены параметрами имеющихся помещений. При несоответствии характеристик предлагаемых изделий требованию, отмеченному знаком «*» предложение отклоняется.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Установка моющая двухгнездовая ультразвуковая (1 единица)

1. Состав одного комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество
1.1	Мойка-стол с двумя ваннами (одна из них ультразвуковая)	1
1.2	Пистолет сжатого воздуха (8 атм)	1
1.3	Пистолет для воды с комплектом наконечников	1
1.4	Автоматический сифон для спуска воды	1
1.5	Ручной сифон для спуска воды	1
1.6	Смеситель для горячей и холодной воды	1
1.7	Душевая лейка	1
1.8	Ультразвуковая ванна (резервуар) с СВЧ генератором УЗ-колебаний	1
1.9	Корзины для ультразвуковой ванны	4
1.10	Средство моющее для применения в УЗ-мойке	50 л

2. Технические требования:

- 2.1 Мойка-стол с двумя ваннами (одна из них ультразвуковая) и двумя тумбами под ними, все части изготовлены из нержавеющей стали.
- 2.2 Нижние тумбы с распашными дверями.
- 2.3 Расположение ультразвуковой мойки – слева.
- 2.4 Габаритные размеры (ДхШхВ): не более 1800х710х870 мм.
- 2.5 Питание 220 В, мощность не более 2.4 кВт.
- 2.6 Подключение к горячей, холодной и деминерализованной воде, сжатому воздуху (8 атм), канализации.
- 2.7 Объем каждой ванны не менее 25 л.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (объему предоставления гарантий качества товара), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Установка моющая двухгнездовая ультразвуковая (5 единиц)

1. Состав одного комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество
1.1	Мойка-стол с двумя ваннами (одна из них ультразвуковая)	1
1.2	Пистолет сжатого воздуха	1
1.3	Пистолет для воды с комплектом наконечников	1
1.4	Автоматический сифон для спуска воды	1
1.5	Ручной сифон для спуска воды	1
1.6	Смеситель для горячей и холодной воды	1
1.7	Душевая лейка	1
1.8	Ультразвуковая ванна (резервуар) с СВЧ генератором УЗ-колебаний	1
1.9	Корзины для ультразвуковой ванны	4
1.10	Средство моющее для применения в УЗ-мойке	50 л

2. Технические требования:

- 2.1 Мойка-стол с двумя ваннами (одна из них ультразвуковая) и двумя тумбами под ними, все части изготовлены из нержавеющей стали.
- 2.2 Нижние тумбы с распашными дверями.
- 2.3 Расположение ультразвуковой мойки – справа.
- 2.4 Габаритные размеры (ДхШхВ): не более 1800х710х870 мм.
- 2.5 Питание 220 В, мощность не более 2.4 кВт.
- 2.6 Подключение к горячей, холодной и деминерализованной воде, сжатому воздуху (8 атм), канализации.
- 2.7 Объем каждой ванны не менее 25 л.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (объему предоставления гарантий качества товара), обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно аукционным документам организатора.