

ПРОТОКОЛ № 1

От 30.07.2026 г.

11-35

заседания комиссии для рассмотрения первых разделов аукционных предложений, представленных к участию в электронном аукционе AU20260604379336/4565465 по закупке БарМТ №370/26 - Реагенты и расходные материалы для анализатора гемостаза Diagon Coag XL производства Diagon Ltd (Венгрия). Комиссия создана на основании приказа № 01-01-09/134 от 01.07.2026.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Буденкова Д.В.

Директор УП «Медтехника» г.Барановичи

Заместитель председателя
комиссии:

Ковалев С.В.

Заместитель директора УП «Медтехника»
г.Барановичи

Члены комиссии:

Харитоновна О.В.

Начальник отдела маркетинга и организации
закупок УП «Медтехника» г.Барановичи

Королько Т.В.

Ведущий специалист отдела маркетинга и
организации закупок, с исполнением обязанностей
секретаря комиссии УП «Медтехника» г.
Барановичи

Лойко Е.А.

Ведущий специалист отдела маркетинга и
организации закупок, с исполнением
обязанностей секретаря комиссии УП
«Медтехника» г. Барановичи

Михайловская Т.Б.

Ведущий специалист отдела маркетинга и
организации закупок, с исполнением
обязанностей секретаря комиссии УП
«Медтехника» г. Барановичи

Кучура Т.Ю.

Ведущий специалист отдела маркетинга и
организации закупок, с исполнением
обязанностей секретаря комиссии УП
«Медтехника» г. Барановичи

Сеглюк Е.Г.

Специалист отдела маркетинга и организации
закупок, с исполнением обязанностей секретаря
комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Волкова-Филиппова Н.Ю.

Специалист отдела маркетинга и организации
закупок, с исполнением обязанностей секретаря
комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Демидюк Ю.И.

Специалист отдела маркетинга и организации
закупок, с исполнением обязанностей секретаря

комиссии УП «Медтехника» г. Барановичи

Лицкевич Т.А.

Начальник экономического отдела УП
«Медтехника» г. Барановичи

Вольнец В.С.

Ведущий юрисконсульт УП «Медтехника» г.
Барановичи

Котик С.В.

Начальник отдела оптовой торговли УП
«Медтехника» г. Барановичи

Председательствовал(а): Буденкова Д.В.

Присутствовали:

члены комиссии:

Королько Т.В.

Кучура Т.Ю.

Лойко Е.А.

Волкова-Филиппова Н.Ю.

Михайловская Т.Б.

Котик С.В.

Демидюк Ю.И.

Вольнец В.С.

Лицкевич Т.А.

Повестка дня:

1. О рассмотрении аукционных предложений, поступивших на электронный аукцион AU20260604379336/4565465 по закупке БарМТ №370/26 - Реагенты и расходные материалы для анализатора гемостаза Diagon Coag XL производства Diagon Ltd (Венгрия), объявленный 04.06.2026г. по закупке:

Лот 1 - Реагенты для анализатора гемостаза Diagon Coag XL производства Diagon Ltd (Венгрия).

Лот 2 - Расходные материалы для анализатора гемостаза Diagon Coag XL производства Diagon Ltd (Венгрия).

Лот 3 - Контрольные материалы для анализатора гемостаза Diagon Coag XL производства Diagon Ltd (Венгрия).

СЛУШАЛИ:

1. О поступлении предложений от участников к сроку, установленному как окончательный, согласно аукционным документам:

Лот 1 - №O20260622423976; №O20260622423982

Лот 2 - №O20260622423976; №O20260622423982

Лот 3 - №O20260622423976; №O20260622423982

2. Участники, заявившее право на преференциальную поправку: нет

3. Участники, заявившее о том, что страной происхождения товара, предлагаемого в рамках его аукционного предложения согласно Перечню

товаров иностранного происхождения, в отношении которых устанавливается условие их допуска к участию в процедурах государственных закупок (приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 17.03.2016 № 206), является Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и (или) Российская Федерация: нет

4. В период рассмотрения предложений направлены следующие запросы участникам и размещены на них ответы:

направлен запрос на разъяснения участнику №О20260622423976 следующего содержания:

Запрос 1:

По лоту 1 в связи с расхождением информации касательно активных веществ реагента Dia-D-DIMER, указанных в представленной инструкции и инструкции, размещенной в реестре УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» просим конкретизировать с каким регистрационным будут поставляться указанные реагенты.

Ответ:

Добрый день!

Настоящим информируем Вас, что в соответствии с пунктом 2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2026 г. № 211 «О государственной регистрации (перерегистрации) медицинских изделий (изделий медицинского назначения, медицинской техники)» разрешается реализация и (или) медицинское применение (эксплуатация) до истечения срока годности (эксплуатации) медицинских изделий (изделий медицинского назначения, медицинской техники), ввезенных в Республику Беларусь или произведенных (изготовленных) в Республике Беларусь в период действия регистрационного удостоверения, в случае истечения срока его действия.

Отмечаем, что на момент подачи аукционного предложения действовали несколько регистрационных удостоверений, а именно: № ИМ-7.110153/2512 и № ИМ-7.110153.

Именно поэтому, в аукционное предложение вошли инструкции по одному из действующих (на момент подачи предложения) регистрационных удостоверений.

А. Режим доступа к инструкциям к регистрационному удостоверению № ИМ-7.110153/2512 от 03.12.2025 г., сроком действия – бессрочно (https://rceth.by/NDfiles/minstr/34366_m.pdf).

Б. Режим доступа к инструкциям к регистрационному удостоверению № ИМ-7.110153 от 24.06.2021 г., сроком действия – до 24.06.2026 г. (https://rceth.by/NDfiles/minstr/25338_m.pdf).

Таким образом, реагент для количественного определения D-димеров – Dia-D-DIMER может поставляться по любому из регистрационных удостоверений, но скорее всего будет поставляться по регистрационному удостоверению № ИМ-7.110153/2512 от 03.12.2025 г., сроком действия – бессрочно.

Запрос 2:

В инструкции реагента Dia-D-DIMER к регистрационному удостоверению №ИМ-7.110153/2512 указано:

КОМПОНЕНТЫ РЕАГЕНТОВ Dia-D-DIMER состоит из 2 компонентов:

Реагент 1: Buffer Dia-D-DIMER (R1) амфотерный ионный буфер. Амфотерный ионный буфер <15 г/л.

Реагент 2: Latex Dia-D-DIMER (R2) представляет собой латексную частицу, покрытую моноклональным антителом против человеческого D-димера, которая также содержит стабилизатор и консервант.

Моноклональное антитело (MaB) <1 г/л

Бычий альбумин <10 г/л

Азид натрия <1.2 г/л

В инструкции (представлена в предложении) реагента Dia-D-DIMER к регистрационному удостоверению №ИМ-7.110153 указано:

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА Dia-D-DIMER Buffer (R1) - буфер с сульфатом никеля и консервантом. Dia-D-DIMER Latex (R2) - латексные частицы, покрытые моноклональными антителами к человеческому D-димеру. Содержит консервант.

По лоту 1 в связи с расхождением информации касательно активных веществ реагента Dia-D-DIMER (Buffer (R1)), указанных в инструкциях к РУ МЗ РБ №ИМ-7.110153/2512 и РУ МЗ РБ №ИМ-7.110153, размещенных в реестре УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» повторно просим конкретизировать с каким регистрационным будут поставляться указанные реагенты.

Ответ:

В случае выбора нас потенциальными поставщиками, поставка реагента Dia-D-DIMER в полном объеме в течении 60 календарных дней с момента получения заявки будет произведена по РУ МЗ РБ №ИМ-7.110153.

направлен запрос на разъяснения участнику №O20260622423982 следующего содержания:

Запрос 1:

По лоту 1 в связи с расхождением информации касательно активных веществ реагента Dia-D-DIMER, указанных в представленной инструкции и инструкции, размещенной в реестре УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» просим конкретизировать с каким регистрационным будут поставляться указанные реагенты.

Ответ:

Доброго дня! В связи с тем, что на момент подачи предложения действовали регистрационные удостоверения №ИМ-7.110153/2512 и №ИМ-7.110153, в аукционное предложение вошли инструкции по одному из действующих регистрационных удостоверений.

Режим доступа к инструкциям к регистрационному удостоверению №ИМ-7.110153/2512: https://rceth.by/NDfiles/minstr/34366_m.pdf

Режим доступа к инструкциям к регистрационному удостоверению №ИМ-7.110153: https://rceth.by/NDfiles/minstr/25338_m.pdf

В соответствии с пунктом 2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28.04.2026 г. № 211 «О государственной регистрации (перерегистрации) медицинских изделий (изделий медицинского назначения, медицинской техники)» разрешается реализация и (или) медицинское применение (эксплуатация) до истечения срока годности (эксплуатации) медицинских изделий (изделий медицинского назначения, медицинской техники), ввезенных в Республику Беларусь или произведенных (изготовленных) в Республике Беларусь в период действия регистрационного удостоверения, в случае истечения срока его действия.

В связи с вышесказанным, реагент Dia-D-DIMER может поставляться по любому из регистрационных удостоверений.

Запрос 2:

В инструкции реагента Dia-D-DIMER к регистрационному удостоверению №ИМ-7.110153/2512 указано:

КОМПОНЕНТЫ РЕАГЕНТОВ Dia-D-DIMER состоит из 2 компонентов:

Реагент 1: Buffer Dia-D-DIMER (R1) амфотерный ионный буфер. Амфотерный ионный буфер <15 г/л.

Реагент 2: Latex Dia-D-DIMER (R2) представляет собой латексную частицу, покрытую моноклональным антителом против человеческого D-димера, которая также содержит стабилизатор и консервант.

Моноклональное антитело (MaB) <1 г/л

Бычий альбумин <10 г/л

Азид натрия <1.2 г/л

В инструкции (представлена в предложении) реагента Dia-D-DIMER к регистрационному удостоверению №ИМ-7.110153 указано:

АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА Dia-D-DIMER Buffer (R1) - буфер с сульфатом никеля и консервантом. Dia-D-DIMER Latex (R2) - латексные частицы, покрытые моноклональными антителами к человеческому D-димеру. Содержит консервант.

По лоту 1 в связи с расхождением информации касательно активных веществ реагента Dia-D-DIMER (Buffer (R1)), указанных в инструкциях к РУ МЗ РБ №ИМ-7.110153/2512 и РУ МЗ РБ №ИМ-7.110153, размещенных в реестре УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» повторно просим конкретизировать с каким регистрационным будут поставляться указанные реагенты.

Ответ:

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что в случае признания нас победителем по лоту №1, п.п 4 реагент Dia-D-DIMER будет поставляться единовременной поставкой согласно РУ №ИМ-7.110153 в течении 60 дней с момента получения заявки.

5.О направлении запроса в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» о возможности закупки и использования реагента Dia-D-DIMER с каталожным номером 32075, внесенного в регистрационное удостоверение МЗ РБ №ИМ-7.110153/2512 «Реагенты, реактивы для клинических лабораторных исследований: реагенты для анализаторов гемостаза: реагент Dia-D-DIMER» и внесенного в регистрационное удостоверение МЗ РБ №ИМ-7.110153 со сроком действия до 24.06.2026 «Реагенты, реактивы для клинических лабораторных исследований: реагенты для анализаторов гемостаза: реагент Dia-D-DIMER» в состав которого входят активные вещества:

3 x 6,5 мл Буфер

3 x 2,5 мл Латекс

Dia-D-DIMER Buffer (R1) - буфер с сульфатом никеля и консервантом.

Dia-D-DIMER Latex (R2) - латексные частицы, покрытые моноклональными антителами к человеческому D-димеру. Содержит консервант.

6.О поступлении ответа УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» вх.№9640 от 24.07.2026 г. следующего содержания:

Зарегистрированным в установленном порядке в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь считается продукция, указанная в регистрационном удостоверении Министерства здравоохранения Республики Беларусь (в данном конкретном случае – в регистрационном удостоверении ИМ-7.110153/2512, срок действия – бессрочно), в том числе:

реагенты, реактивы для клинических лабораторных исследований: реагенты для анализаторов гемостаза: реагент Dia-D-DIMER.

Информация о каталожных номерах вышеуказанных реагентов и их компонентах содержится в инструкции по применению, которая размещена в свободном доступе на сайте Предприятия (www.rceth.by, раздел «базы данных онлайн») к конкретному регистрационному удостоверению.

РЕШИЛИ:

1.Отметить, что оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки, проведена с привлечением экспертной комиссии вх.№9168 от 14.07.2026

ПО ЛОТУ 1:

Регистрационный номер предложения,	% соответствия требованиям заявки на	Предложение соответствует (не
------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------

присвоенный электронной торговой площадкой	закупку по результатам бальной экспертной оценки	соответствует) на 100% в части состава, объема (количества) или комплектации оборудования и (или) изделий
№O20260622423976	100%	соответствует
№O20260622423982	100%	соответствует

ПО ЛОТУ 2:

Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой	% соответствия требованиям заявки на закупку по результатам бальной экспертной оценки	Предложение соответствует (не соответствует) на 100% в части состава, объема (количества) или комплектации оборудования и (или) изделий
№O20260622423976	100%	соответствует
№O20260622423982	100%	соответствует

ПО ЛОТУ 3:

Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой	% соответствия требованиям заявки на закупку по результатам бальной экспертной оценки	Предложение соответствует (не соответствует) на 100% в части состава, объема (количества) или комплектации оборудования и (или) изделий
№O20260622423976	88,46%	соответствует
№O20260622423982	88,46%	соответствует

2. Установить, что

№ п/п	Аукционное предложение (указать регистрационный номер участника)	
	Соответствуют аукционным документам	Не соответствуют аукционным документам, указать причину
Лот 1		
1	№O20260622423976	
2	№O20260622423982	
Лот 2		
1	№O20260622423976	
2	№O20260622423982	
Лот 3		
1	№O20260622423976	
2	№O20260622423982	

3.Отклонить предложения участников, не соответствующих аукционным документам: -

4. Допустить к торгам участников:

Лот 1 - №О20260622423976; №О20260622423982

Лот 2 - №О20260622423976; №О20260622423982

Лот 3 - №О20260622423976; №О20260622423982

5. Начальная цена электронного аукциона:

Лот 1 – 100 000,12 BYN

Лот 2 – 32 600,15 BYN

Лот 3 – 14 424,01 BYN

6. Дата и время проведения торгов 05.08.2026 года 09:00 часов.

Не позднее одного рабочего дня до начала торгов оператор ЭТП вправе изменить время торгов, уведомив об этом участника (-ов) электронного аукциона посредством размещения соответствующего уведомления в персональном разделе, а также путем направления по электронной почте.

Голосовали:

«За» 10 чел.;

«Против» - 0 чел.;

«Воздержались» - 0 чел.

Председатель комиссии: _____

Секретарь комиссии: _____

Члены комиссии: _____

	Д.В. Буденкова
	Т.В. Королько
	Е.А. Лойко
	Т.Ю. Кучура
	В.С. Вольнец
	Т.Б. Михайловская
	Н.Ю. Волкова-Филиппова
	С.В. Котик
	Ю.И. Демидюк
	Т.А. Лицкевич