



SupMedic

29.06.2026 г.

г. Минск

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Представителем Частного предприятия «Супмедик» в Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница» по адресу: 220037, г. Минск, ул. Уборевича 73, было произведено обследование:

Наименования оборудования	Выявленные дефекты оборудования	Мероприятия для восстановления оборудования	Стоимость работ и запасных частей на день выставления акта, руб.
Стерилизатор паровой ГПД-560-2 «ТЗМОИ» Зав.№: 00060313 (ЦСО)	- Износ прокладки сильфона запорного механизма двери камеры - 2шт.	- Замена прокладки сильфона запорного механизма двери камеры - 2шт.	1174,08
Стерилизатор паровой ГПД-560-2 «ТЗМОИ» Зав.№: 00070413 (ЦСО)	- Выход из строя кнопки аварийного выключения.	- Замена кнопки аварийного выключения.	215,40

Инженер по ремонту МТ

Исполнитель:

К. П. Анищенко



Частное производственно-торговое
унитарное предприятие
«Супмедик»

220035, г. Минск, ул. Чехова, 3, оф. 1, комн. 1
УНП 191687428 ОКПО 380027865000, лицензия №02040/7075
Р/с BY62SLAN3012129830019000000 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) код
SLANBY22, 220007 г. Минск, ул. Московская, дом 14. Дополнительный офис
№2, г. Минск, ул. Гикало, д. 3.
Тел.: (029) 307-84-36 Тел./Факс: (017) 282 40 80
supmedic@gmail.com