

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ НЦГБ

И.Г. Шеменкова



Техническое задание

1. Дезинфицирующие средства, содержащие альдегиды

№ п/п	Наименование	Кол-во, л
1	Дезинфицирующие средства, содержащие альдегиды	275

1.1. Технические требования, предъявляемые к предмету закупки:

- 1.1.1. В качестве АДВ должно содержать преимущественно альдегиды;
- 1.1.2. Может содержать другие малоопасные АДВ – ЧАСы, полигуанидины, амины;
- 1.1.3. Средство должно быть предназначено: для дезинфекции ИМН совмещенной с предстерилизационной очисткой и дезинфекцией поверхностей по вирулицидному режиму при экспозиции не более 45 минут;
- 1.1.4. Средство должно обладать туберкулоцидным режимом;
- 1.1.5. Обладать возможностью проведения дезинфекции биологических жидкостей;
- 1.1.6. Стабильность рабочих растворов средства, должна быть не менее 15 суток;
- 1.1.7. Средство должно обладать сочетанным действием (дезинфицирующим+моющим);
- 1.1.8. Срок годности концентрата не менее 24 месяцев;
- 1.1.9. Средство должно быть расфасовано в полимерные флаконы вместимостью 1 литр.

2. Дезинфицирующие средства для экстренной дезинфекции.

№ п/п	Наименование	Кол-во, л
2	Дезинфицирующие средства для экстренной дезинфекции (спрей)	700

2.1. Технические требования, предъявляемые к предмету закупки:

- 2.1.1. В качестве АДВ средство преимущественно должно содержать ЧАСы и ПГМГ;
- 2.1.2. Может содержать другие малоопасные АДВ – амины, перекись, альдегиды;
- 2.1.3. Средство должно быть предназначено для экстренной дезинфекции поверхностей из различных материалов;
- 2.1.4. Время экспозиционной выдержки по вирулицидному режиму должно быть не более 1 минуты;
- 2.1.5. Готовый к использованию раствор;
- 2.1.6. Средство должно быть расфасовано в полимерные флаконы с распылителем вместимостью 0,5-0,75 мл.

3. Дезинфицирующие средства для дезинфекции датчиков УЗИ

№ п/п	Наименование	Кол-во, л
3	Дезинфицирующие средства для обработки датчиков УЗИ	60

3.1. Технические требования, предъявляемые к предмету закупки:

- 3.1.1. Средство не должно содержать высоко-летучих алергоопасных АДВ: альдегидов (глутарового, формальдегида), спирта, хлора, фенола, перекиси водорода, хлористого аммония, а так же пахучих вспомогательных компонентов – отдушек, растворителей;
- 3.1.2. В качестве АДВ средство должно содержать комплекс ЧАСов, в том числе усиливающие добавки, неионогенные ПАВ и другие вспомогательные компоненты.

- 3.1.3. Средство должно быть предназначено для дезинфекции датчиков УЗИ;
- 3.1.4. Средство должно обладать широким спектром действия в отношении бактерий, вирусов, грибов рода Кандида, Трихофитон.
- 3.1.5. Средство не должно оказывать токсического действия при ингаляционном воздействии, не должно обладать резким запахом, средство должно быть разрешено к применению без средств индивидуальной защиты органов дыхания;
- 3.1.6. Время экспозиционной выдержки по всем режимам не более 3 минут;
- 3.1.7. Готовый к использованию раствор;
- 3.1.8. Средство должно быть расфасовано в полимерные флаконы с распылителем вместимостью 0,5 л, 0,75л.;
- 3.1.9. Срок годности – не менее 1 года;

4. Дезинфицирующие средства для дезинфекции датчиков УЗИ (салфетки)

№ п/п	Наименование	Кол-во, уп
4	Салфетки для обработки датчиков УЗИ	130 уп.

4.1. Технические требования, предъявляемые к предмету закупки:

- 4.1.1. Салфетки должны применяться для экстренной дезинфекции поверхностей из различных материалов, ИМН (в т.ч. датчиков УЗИ);
- 4.1.2. Салфетки должны быть упакованы в контейнер и пропитаны дезинфицирующим средством, их количество должно быть не менее 60 штук;
- 4.1.3. Средство не должно содержать высоко-летучих алергоопасных АДВ: альдегидов (глютарового, формальдегида), спирта, хлора, фенола, перекиси водорода, хлористого аммония, а так же пахучих вспомогательных компонентов – отдушек, растворителей;
- 4.1.4. В качестве АДВ средство должно содержать комплекс ЧАСов, в том числе усиливающие добавки, неионогенные ПАВ и другие вспомогательные компоненты.
- 4.1.5. Средство должно обладать широким спектром действия в отношении бактерий, вирусов, грибов рода Кандида, Трихофитон.
- 4.1.6. Средство не должно оказывать токсического действия при ингаляционном воздействии, не должно обладать резким запахом, средство должно быть разрешено к применению без средств индивидуальной защиты органов дыхания;
- 4.1.7. Время экспозиционной выдержки по всем режимам не более 3 минут;
- 4.1.8. Готовые к использованию контейнеры с салфетками пропитанными дезинфицирующим средством;
- 4.1.9. Срок годности – не менее 1 года;

5. Антисептическое средство спиртосодержащее

№ п/п	Наименование	Кол-во, л
5	Антисептическое средство для гигиенической, хирургической обработки рук спиртосодержащие	2500

5.1. Технические требования, предъявляемые к предмету закупки:

- 5.1.1. Средство должно быть зарегистрировано как лекарственное средство;
- 5.1.2. Время экспозиции при гигиенической антисептике рук - не более 60 сек.
- 5.1.3. В качестве АДВ должно содержать спирт этиловый (изопропиловый). Средство должно быть предназначено, согласно инструкции по применению, для гигиенической, хирургической антисептики рук, желательное наличие вспомогательных косметических компонентов – ланолин, глицерин, эфиры целлюлозы;
- 5.1.4. Содержание спирта этилового (изопропилового) не менее 70%;
- 5.1.5. Средство должно обладать широким спектром действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов;
- 5.1.6. По параметрам острой токсичности должно относиться к классу малоопасных

композиций;

5.1.7. Средство должно быть расфасовано в стандартные флаконы, подходящие для установки в настенные локтевые дозаторы типа УМР-1, Дермадос, ДУ-010;

5.1.8 Упаковка: флаконы из непрозрачного полимерного материала емкостью 1л.

6.Щелочное моющее средство специального назначения

№ п/п	Наименование	Кол-во, л
6	Щелочное моющее средство специального назначения	900

6.1. Технические требования, предъявляемые к предмету закупки:

6.1.1. Щелочное моющее средство (концентрат) должно быть зарегистрировано как средство специального назначения;

6.1.2. Средство должно быть предназначено для очистки от органических загрязнений различных типов поверхностей (полы, стены, мебель), в т.ч. при проведении генеральных уборок;

6.1.3. Средство должно быть предназначено для мойки столовой и лабораторной посуды, а также для мойки яиц;

6.1.4. Средство должно обладать вирулицидным режимом;

6.1.5. Средство не должно содержать гидроокиси калия;

6.1.6. Желателен широкий диапазон концентраций, позволяющий максимально эффективно и рентабельно адаптировать препарат к технологии лечебно-диагностического процесса;

6.1.7. Срок годности концентрата не менее 36 месяцев;

6.1.8. Средство должно быть расфасовано в канистры вместимостью 5 литров.

7. Моющее средство для мытья посуды

№ п/п	Наименование	Кол-во, л
7	Моющее средство для мытья посуды	900

7.1. Технические требования, предъявляемые к предмету закупки:

7.1.1. Средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;

7.1.2. Средство должно представлять собой нейтральное моющее средство;

7.1.3. Концентрат средства должен представлять собой гелевую форму;

7.1.4. Средство должно быть предназначено для ручного мытья столовой и стеклянной посуды, столовых приборов, разделочного технологического инвентаря, емкостей для транспортировки пищевых продуктов и готовой пищи;

7.1.5. Средство должно быть предназначено для использования в воде любой жесткости, не должно оказывать отрицательного воздействия (вызывать коррозию, прочих нарушений целостности покрытий) на обрабатываемые поверхности;

7.1.6. Средство должно быть совместимо со всеми материалами, обладать низкой коррозионной активностью; при длительном контакте рабочих растворов с кожей не должно вызывать раздражения, сухости;

7.1.7. По физико-химическим показателям средство должно иметь нейтральный PH;

7.1.8. Средство не должно содержать высоко-летучих алергоопасных компонентов: хлора, изопропилового спирта, ароматизаторов, растворителей;

7.1.9. Средство должно иметь широкий диапазон концентраций, позволяющий максимально эффективно и рентабельно адаптировать препарат к технологии лечебно-диагностического процесса;

7.1.10. Срок годности концентрата не менее 36 месяцев;

7.1.11. Средство должно быть расфасовано в канистры вместимостью 5 литров.

8. Нейтральное моющее средство

№ п/п	Наименование	Кол-во, л
8	Нейтральное моющее средство	1600

8.1. Технические требования, предъявляемые к предмету закупки:

8.1.1. Средство должно представлять собой нейтральное моющее средство;

8.1.2. Средство должно быть предназначено для очистки и обезжиривания от органических загрязнений различных типов поверхностей (полы, стены, мебель); для мойки столовой и лабораторной посуды, бутылочек для новорожденных;

8.1.3. Средство должно быть совместимо со всеми материалами, обладать низкой коррозионной активностью; при длительном контакте рабочих растворов с кожей не должно вызывать раздражения, сухости;

8.1.4. По физико-химическим показателям средство должно соответствовать следующим требованиям: pH 1% раствора: 4,5 – 7,0;

8.1.5. Средство не должно содержать высоко-летучих алергоопасных компонентов: хлора, изопропилового спирта, ароматизаторов, растворителей;

8.1.6. Средство должно иметь широкий диапазон концентраций, позволяющий максимально эффективно и рентабельно адаптировать препарат к технологии лечебно-диагностического процесса;

8.1.7. Срок годности концентрата не менее 36 месяцев;

8.1.8. Средство должно быть расфасовано в канистры вместимостью 5 литров.

9. Дезинфицирующее средство, содержащее ферменты.

№ п/п	Наименование	Кол-во, л
9	Дезинфицирующее средство, содержащее ферменты.	300

9.1. Технические требования, предъявляемые к предмету закупки:

9.1.1. Средство должно содержать в своем составе ПАВ, энзимную функциональную добавку (протеазу, липазу, амилазу) в качестве действующих веществ.

9.1.2. Рабочие растворы средства не должны портить обрабатываемые поверхности, не фиксировать органические соединения, не вызывать коррозии металлов. Должно обладать моющими свойствами при малом пенообразовании.

9.1.3. Срок годности средства – 2 года, рабочие растворы готовятся непосредственно перед применением, могут использоваться многократно в течение рабочей смены при ручном способе применения при сохранении оптической прозрачности, отсутствии хлопьев.

9.1.4. Средство должно быть рекомендовано к применению в организациях здравоохранения для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (далее ИМН), в том числе сложных (эндоскопического оборудования, дыхательных контуров, наркозной аппаратуры и т.д.), лабораторной посуды и оборудования, в том числе (микробиологических и клинико-диагностических лабораторий) от загрязнений различного происхождения.

Для очистки жестких и гибких эндоскопов, инструментов к ним из различных материалов (предварительная очистка эндоскопов и инструментов к ним ручным и машинным способом; окончательная очистка эндоскопов перед дезинфекцией, ПСО эндоскопов перед их дезинфекцией и стерилизацией)

9.1.5. Возможность использования рабочего раствора при температуре не более 25⁰С

9.1.6. Время замачивания при предстерилизационной/окончательной очистке жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом, обеспечивающим оптимальную обрабатываемость инструментов - не более 5 мин;

9.1.7. Средство расфасовано в полимерные флаконы с плотно закручивающимися колпачками ёмкостью 1,0 л.

9.1.9. Наличие документов, подтверждающие соответствие товаров требованиям, установленным в соответствии с законодательством РБ: сертификат соответствия ГОСТ

РБ или Декларация соответствия; свидетельство о государственной регистрации; инструкция/методические указания на русском языке; Паспорт качества производителя на продукцию.

Главная медицинская сестра УЗ НЦГБ

О.А. Славинская