

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ лота	Наименование	Количество, шт.
ЛОТ №1	Лента самоклеящаяся с индикаторами для паровой стерилизации	150
ЛОТ №2	Лента самоклеящаяся с индикаторами для воздушной стерилизации	150

2. Технические требования:

Лот №1:

2.1.1. Размеры: не менее 19 мм *50м.

2.1.2. Применяется для паровой стерилизации, разработана для использования при упаковке изделий медицинского назначения с целью фиксации стерилизуемых материалов.

2.1.3. Однократного применения.

Лот №2:

2.2.1. Размеры: не менее 19 мм *50м.

2.2.2. Применяется для воздушной стерилизации, разработана для использования при упаковке изделий медицинского назначения с целью фиксации стерилизуемых материалов.

2.2.3. Однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.