

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «Слуцкая ЦРБ»

А.П. Сокол

31 июля 2026 г.



Задание на закупку: Резектоскоп в комплектации

Лот № 1 Резектоскоп в комплектации

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.13.350

Предельная стоимость: 27 870,68 бел. руб.

1. Описание предмета закупки

№ п/п	Наименование	Кол-во, компл.
1.1.	Резектоскоп в комплектации	1

2. Состав (комплектация) и технические требования оборудования

№ п/п	Наименование	Технические требования	Кол-во, шт.
2.1.	Оптика с разрешением Full HD, 30 градусов	Рабочая длина – не менее 300 мм Диаметр – 4 мм Угол зрения – 30 градусов Подключение к источнику света подходящее для кабелей различных производителей. Разрешение - не менее Full HD Защита линзовой системы	1
2.2.	Рабочий элемент резектоскопа гибридный (биполярный и монополярный), пассивный	Тип - пассивный Совместимость с тубусами 24/26 Charr Возможность использования моно - и биполярных инструментов Вращающееся кольцо для большого пальца Титановые рукоятки	1
2.3.	Тубус резектоскопа поворотный	Внешний тубус в комплекте Диаметр - 26 Charr Непрерывное промывание Краны притока и оттока расположены в разных осях с указанием направления движения жидкостей Внутренний тубус в комплекте Диаметр - 24 Charr Скошенный керамический наконечник Вращение внутреннего тубуса – 360 градусов Абтуратор в комплекте	1

2.4.	Электрод, режущая петля угловая	Для оптики 12/30 градусов Угловой Толщина проволоки 3,5 мм Возможность работы в моно- и биполярном режимах Совместим с тубусом 24 Charr	10
2.5.	Контейнер для хранения ножей и электродов	Материал - металл Перфорация Форма в виде тубуса	1
2.6.	Кабель для подключения резектоскопа к ЭХВЧ	Совместим с хирургическим аппаратом BOWA*	2

3. Дополнительные требования

- составные части должны быть устойчивы к автоклавированию (134°C - 5 – 7 минут – 2 атмосферы, 121°C - 20 минут – 1,1 атмосферы). Участник должен предоставить рекомендации на русском языке по дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации, упаковке и хранению;

- составные части должны быть устойчивы к обработке дезинфицирующими средствами с моющим эффектом, зарегистрированными и разрешенными к использованию на территории Республики Беларусь;

4. Требования качества, сроков годности (стерильности), условия поставки товара

- срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности товара, установленного производителем.

- изделия должны соответствовать требованиям нормативно-правовых технических актов Республики Беларусь;

- товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);

- наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь;

- при поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара;

- участник должен предоставить документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемых изделий, на русском языке;

- товар поставляется транспортом поставщика в течение 120 рабочих дней (не более) от даты заключения договора;

Примечание:

*) данные требования задания на закупку определяют уровень диагностических возможностей оборудования, несоответствие по ним приведет к отклонению предложения.

Разработано:
Врач-акушер-гинеколог
(заведующий)

Ю.Н. Жибко