

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Набор для одновременной сепарации плазмы, эритроцитов и тромбоцитов, обедненных лейкоцитами на автоматическом сепараторе

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Набор для одновременной сепарации плазмы, эритроцитов и тромбоцитов, обедненных лейкоцитами на автоматических сепараторах «Trima» (Terumo BCT Inc.) находящихся на балансе организаций службы крови города Минска, в состав которого входит: -камера лейкоредукции LRS; -кассета кровопроводящих магистралей; -насосный сегмент; -кольцевой сепараторный канал; -мешок для сбора и хранения компонентов крови (для тромбоцитов); -мешок для сбора и хранения компонентов крови (для плазмы); -мешок для сбора и хранения компонентов крови (для эритроцитов); - мешок для сбора и хранения компонентов крови (для отвода воздуха); - игла(17G) для венепункции с защитным колпачком; - мешок для образцов крови; - линия антикоагулянта; - линия подачи ресуспендирующего раствора к эритроцитам/	штук	6300

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

*2.1. Набор расходных материалов (система) должен быть совместим с аппаратом и предназначен для заготовки плазмы, эритроцитов и тромбоцитов, обедненных лейкоцитами.

2.2. Набор расходных материалов (система) должен быть в индивидуальной стерильной упаковке.

*2.3. Количество лейкоцитов в одной дозе полученного тромбоцитарного концентрата - не более 1×10^6 .

*2.4. Пластик контейнера, предназначенного для заготовки и хранения концентрата тромбоцитов, должен обеспечивать газопроницаемость и жизнеспособность тромбоцитов в течение не менее 5-ти суток при температуре от +20°C до +24°C.

2.5. Экстракорпоральный объем набора - не более 200 мл.

2.6. Наличие этикетки, имеющей свободное место (поле) для внесения дополнительной информации и прочно фиксирующейся на них.

*2.7. Все составные части системы должны соответствовать друг другу с целью соединения в единый замкнутый контур.

* требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности согласно аукционных документов организатора