

**Технические требования
Стол общехирургический операционный**

1. Состав (комплектация) оборудования

№ п/п	Наименование	Кол- во, шт.
1	Стол общехирургический операционный для использования стола при работе с С-образным штативом передвижного рентгеновского аппарата	1
2	Комплект съемных приспособлений для общей хирургии в составе:	
2.1.	Панель стола рентгенопрозрачная, со встроенными полозьями-направляющими для размещения кассет с рентгеновской пленкой	1
2.2	Наркозный экран	1
2.3	Штатив для длительных вливаний	1
2.4	Столик для инъекций (опора для руки)	2
2.5.	Ремень для фиксации туловища	1
2.6.	Рукодержатель (фиксатор руки)	2
2.7	Держатель рентгеновской кассеты	1
2.8	Боковой упор	2

2. Технические характеристики

2.1.	Длина стола с головной и ножной секций не менее 2000мм
2.2.	Ширина панели стола с направляющими, не менее, мм 500мм
2.3.	Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не более 750 мм
2.4.	Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не менее 1000мм
2.5.	Продольный наклон (Тренделенбург/Антитренделенбург) (регулировка наклона при помощи пульта дистанционного управления)
2.6.	Поперечный (боковой) наклон, (регулировка наклона при помощи пульта дистанционного управления)
2.7.	Наклоны спинной секции, (регулировка наклона при помощи пульта дистанционного управления)

2.8.	Наклон головной секции (вверх/вниз)
2.9.	Наклон ножной секции (вверх/вниз)
2.10.	Автоматический возврат панели в исходное горизонтальное положение в двух плоскостях (0-позиция)
2.11.	Продольное перемещение панели стола.
2.12.	Перемещение встроенного элеватора поясничной области (почечного валика).
2.13.	Снятие с гидравлических опор в транспортное положение.
2.14.	Разворот ножных секций в горизонтальной плоскости.
2.15.	Реверс позиция (перестановка местами головной и ножной секций в сочетании с продольным перемещением панели)
2.16.	Безопасная рабочая нагрузка стола, не менее 250 кг
2.18.	Параметры сети электропитания ~ 220-230 В, 50 Гц
2.19.	Встроенный аккумулятор питания;
2.20.	Время работы от аккумуляторных встроенных батарей не менее 12 часов
2.21.	Зарядка аккумуляторов от сети
2.22.	Панель стола шестисекционная, с отдельными ножными секциями с независимой регулировкой положения каждой из них
2.23.	Панель стола рентгенопрозрачная, со встроенными полозьями-направляющими для размещения кассет с рентгеновской пленкой
2.24.	Мягкий синтетический, антистатический материал
2.25.	Съемные, с элементами легкой фиксации

2.26.	Мобильное, с поворотными антистатическими колесными опорами
2.27.	Кожух из нержавеющей стали
2.28.	Материал наружных металлических деталей стола, включая крепежные элементы не подвержен коррозии
2.29.	Наличие интерфейса для возможной интеграции операционного стола в систему централизованного управления оборудованием операционной (СЦУО).
2.30.	Дистанционный пульт управления приводом
2.31.	Дублирующий пульт управления приводом на колонне
2.32.	Дублирующий механогидравлический привод с управлением при помощи ножных рычагов

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Стол операционный (для перевязочной) в комплекте с принадлежностями

1. Состав одного комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.	Стол операционный	1
2.	Опора для руки (столик для инъекций).	1
3.	Ремень для фиксации туловища	1
4.	Ремень для фиксации руки	2

2. Технические требования:

№ п/п	Технические требования
2.1	Грузоподъемность операционного стола не менее 160 кг.
2.2	Материал изготовления всех открытых металлических поверхностей стола, включая дополнительные приспособления - нержавеющая сталь.
2.3	Панель стола 5-секционная (головная спинная, основная, две ножные). Подушки панели стола - съёмные литые (бесшовные) антистатические из вспененного полиуретана с антибактериальными и антигрибковыми добавками, высота панелей не менее 50 мм.
2.4	Длина стола не менее 1900 мм.
2.5	Ширина стола по боковым рельсам 550– 570 мм.
2.6	Высота стола должна регулироваться в диапазоне не менее 760 – 1060 мм.
2.7	Регулировка основной панели в позиции «тренделенбург / антитренделенбург» не менее - 30°/+ 30°.
2.8	Боковой наклон основной панели (вправо/влево), не менее 20°/20°.
2.9	Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее + 75°/- 45°.
2.10	Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее + 45°/- 90°.
2.11	Ножные секции отдельные, наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее + 30°/- 90°.
2.12	Для перемещения и устойчивости должен иметь колесные и статичные регулируемые опоры.
2.13	Должен иметь боковые унифицированные направляющие для крепления принадлежностей.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок всего комплекта оборудования не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Стол общехирургический (для перевязочной)

1. Состав (Комплектация) – на 1 комплект:		Кол-во
1.1.	Стол общехирургический с механогидравлической регулировкой	1 шт.
1.2.	Комплект съемных приспособлений для общей хирургии в составе: рукодержатель (фиксатор руки)	2 шт
2. Технические характеристики		Значение параметра
2.1.	Длина стола с головной и ножной секций не менее	1900мм
2.2.	Ширина панели стола без направляющих, не менее	500мм
2.3.	Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек)	не более 800 мм
2.4.	Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек)	не менее 1000 мм
2.5.	Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург)	не менее 30°/30°
2.6.	Наклоны спинной секции (вверх/вниз)	не менее 70°/40°
2.7.	Наклон головной секции (вверх/вниз)	не менее 45°/90°
2.8.	Наклон ножной секции (вверх/вниз)	не менее 30°/90°
2.9.	Максимальное выдвижение головной секции	не менее 100 мм.
2.10.	Безопасная рабочая нагрузка стола	не менее 160 кг
2.11.	Панель стола пятисекционная, включая отдельную ножную секцию	наличие
2.12.	Литые съемные подушки - мягкий синтетический, антистатический материал, устойчивый к	наличие

	дезинфектантам	
2.13.	Основание стола на двух регулируемых опорах и двух колесах	диаметром не более 50 мм.
2.14.	Возможность использования специальных дополнительных комплектов приспособлений	наличие
2.15.	Кожух колонны, открытые металлические поверхности стола изготовлены из нержавеющей материала	наличие
2.16.	Механогидравлический привод	наличие

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.