

Лот 1. Световод для эндовенозной лазерной коагуляции**1. Состав (комплектация):**

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Световод для эндовенозной лазерной коагуляции	шт.	200

2. Технические характеристики:

- 2.1. Сопряженность с лазерным аппаратом «Biolitec».
- 2.2. Модель двухкольцевая.
- 2.3. Стерильность.
- 2.4. Апиrogenность.
- 2.5. Для одноразового применения.
- 2.6. Наличие маркировки шкалы длины.
- 2.7. Индивидуальная упаковка.
- 2.8. Длина 2500 мм.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1. Наличие документов, разрешающих серийный выпуск указанных изделий (регистрационные удостоверения МЗ РБ, лицензия МЗ РБ, сертификаты страны производителя, СЕ – европейский сертификат соответствия по безопасности);
- 3.2. Срок годности расходных материалов должен составлять 36 месяцев (поставка товара со сроком годности не менее 80% от общего срока годности, указанного на этикетках заводом-изготовителем).
- 3.3. Стерильность, апиrogenность, для одноразового применения.

Лот 2. Заплата из перикарда крупного рогатого скота.**1. Состав (комплектация):**

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Заплата из перикарда крупного рогатого	шт.	50

2. Технические характеристики:

- 2.1. Порозность нулевая (кровенепроницаемы).
- 2.2. Не требует предварительной обработки перед имплантацией.
- 2.3. Нахождение в стерильном, биосовместимом, апиrogenном растворе.
- 2.4. Герметичность сосуда-упаковки.
- 2.5. Не требует специального шовного материала.
- 2.6. Устойчивость к дилатации.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1. Наличие документов, разрешающих серийный выпуск указанных изделий (регистрационные удостоверения МЗ РБ, лицензия МЗ РБ, сертификаты страны производителя, СЕ – европейский сертификат соответствия по безопасности);
- 3.2. Срок годности расходных материалов должен составлять 36 месяцев (поставка товара со сроком годности не менее 80% от общего срока годности, указанного на этикетках заводом-изготовителем).
- 3.3. Стерильность, апиrogenность, для одноразового применения.