

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
(при необходимости с разделением на лоты)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Клей хирургический для герметизации сосудистых анастомозов	шт	20

2. Технические требования:

1. Двухкомпонентный хирургический клей, состоящий из очищенного бычьего сывороточного альбумина и глутаральдегида
2. Объем 5мл
3. в составе с 4 аппликаторами стандартными для шприца (длина 7.5 см) и 3 аппликаторами с расширенным наконечником 12 мм
4. длительность полимеризации 20-30-секунд

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Годность и стерильность должна составлять не менее 60% от срока годности и (или) стерильности, установленного изготовителем (производителем)