

БелМТ №663/26

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.1	Блок инжектора	1
1.2	Блок управления	1
1.3	Расходные материалы	
1.3.1.	Колба инжектора, объем не менее 100 мл	100
1.3.2.	Набор датчика инвазивного давления	100
1.3.3.	Комплект линий и иных принадлежностей для выполнения исследований на одного пациента	500

2. Технические требования:

№ п/п	Наименование составной части, технические характеристики	Базовые параметры
2.1	Синхронизация с ангиографическими комплексами большинства производителей	наличие
2.2	Технология переменного потока в диапазоне вводимого объема контраста (подтвердить документально), что принципиально важно для выполнения исследований аорты и крупных периферических артерий.	наличие
2.3	Измерение инвазивного артериального давления	наличие
2.4	Автоматическое наполнение контрастным веществом многоразовой колбы и удаление остаточного воздуха.	наличие

2.5	Сенсорный графический интерфейс управления	Цветной, не менее 10 “
2.6	Фактическая скорость и объем вводимого контрастного вещества зависит от интенсивности воздействия на дистанционный сенсорный пульт управления	наличие
2.7	Сенсор пузырьков воздуха должен располагаться на магистрали перед введением пациенту	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.