

**ЗАЯВКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕНАХ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДМЕТА
ГОСЗАКУПКИ**

Для целей определения предельной стоимости предмета госзакупки Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница» проводит изучение конъюнктуры рынка в отношении следующих товаров: сенсоры уровня глюкозы.

Просим Вас предоставить информацию о стоимости указанных товаров в соответствии с приведенным ниже описанием, предполагаемыми условиями поставки и оплаты в срок до 04.08.2026г. на электронную почту sergeichik.snab@10gkb.by

Информация должна содержать: наименование потенциального поставщика, цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету; порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании; наименование производителя (производителей).

Настоящая заявка не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком.

Описание предмета закупки

Наименование товара	Характеристики	Количество
Сенсоры уровня глюкозы	Согласно Приложения №1	10 шт.

Условия поставки и оплаты

Место поставки товара	220096, г. Минск, ул. Уборевича, 73
Порядок поставки товара	Доставка осуществляется за счет Поставщика. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит поставщику. Упаковка поставляемых товаров должна обеспечивать сохранность при транспортировке, отгрузке и хранении
Предполагаемые сроки поставки	Партиями, не позднее 20 к.д. с момента подписания договорам Сторонами
Источник финансирования	Местный бюджет
Порядок оплаты	Не позднее 10 б.д. с момента передачи товара Покупателю

Специалист по организации закупок второй категории
Тел. 340-02-56



А.М. Сергейчик

Технические характеристики (описание) сенсоров уровня глюкозы для системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы

1. Состав изделий медицинского назначения:

Технические требования	Количество, шт.
1.1. Срок службы сенсора не менее 14 дней 1.2. Функции сенсора: генерирование сигнала, несущего информацию о содержании глюкозы в интерстициальной жидкости в месте нахождения сенсора; передача сигнала на передающее устройство. 1.3. Конструкция: трансмиттер и сенсор в одном устройстве, а также дополнительные принадлежности – аппликатор и иные (в случае необходимости) для формирования индивидуального комплекта (1 шт.= 1 комплект). 1.4. Система не требует зарядки/смены батарей питания на протяжении всего срока службы. 1.5 Система непрерывного мониторинга глюкозы с автоматическим считыванием информации в режиме реального времени не реже 1 раза в 5 минут без потери данных на весь срок работы сенсора. 1.6. Сенсор должен быть в стерильной упаковке. 1.7. Требования, предъявляемые к сроку годности (стерильности) товара: срок годности (стерильности) на момент поставки – не менее 6 месяцев на момент поставки заказчику.	10

Разработчики технических требований:

Врач-эндокринолог (заведующий
отделением)
эндокринологического отделения
Врач-эндокринолог
Городского центра
«Диабетическая стопа», к.м.н.

О.Н. Исачкина

Н.А. Ярошевич

