

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки (многоразовые инструменты для выкусывания тканей и спиц)

Лот № 1: Многоразовые инструменты для выкусывания тканей и спиц

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1.1.	Костные кусачки Trotter	шт.	10
1.2.	Кусачки Liston	шт.	10
1.3.	Кусачки Luer-Stille (размер 1)	шт.	15
1.5.	Кусачки Leksell (размер 1)	шт.	10
1.6.	Кусачки Leksell (размер 2)	шт.	5
1.7.	Кусачки Hakanson-Olivercrona	шт.	10
1.8.	Кусачки для спиц Киршнера (размер 1)	шт.	10
1.9.	Кусачки для спиц Киршнера фронтальные (размер 2)	шт.	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Наименование и требуемые характеристики
2.1.	Костные кусачки Trotter 200-210мм, изогнутые по ребру.
2.2.	Кусачки Liston 25-28см, режущая кромка под углом к плоскости, двухрычажный механизм передачи усилия.
2.3.	Кусачки Luer-Stille 26-27см.
2.5.	Кусачки Leksell 24-25см, ширина бранши 5мм.
2.6.	Кусачки Leksell 24-25см, ширина бранши 2-3мм.
2.7.	Кусачки Hakanson-Olivercrona 15-17см, изогнутые по плоскости, ширина губок 2,5-4,6 мм.
2.8.	Кусачки для спиц Киршнера длина 47-50см, для спиц диаметром 6мм.
2.9.	Кусачки для спиц Киршнера длина 20-32см, для спиц диаметром 2,5-3мм.

2.11. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали 20Х13.

2.12. Должен допускать термическую стерилизацию при температуре не менее 134 градусов по Цельсию.

2.13. Стойкость к коррозии при ручной и механической предстерилизационной обработке.

2.14. Твердость по Роквеллу медицинского инструмента должна быть 36 - 48 HRC.

2.15. Инструмент должен иметь отполированную однородную поверхность или гальваническое покрытие без трещин, раковин, заусенцев, продуктов коррозии.

2.16. На инструменте должна быть маркировка производителя и каталожный номер, нанесенные лазером или ударным методом.

2.17. Медицинский инструмент должен выдерживать до 300 циклов автоклавирования при стандартных параметрах.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки (многоразовые инструменты для обработки и сдвигания тканей)

Лот № 2: Многоразовые инструменты для обработки и сдвигания тканей.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1.1.	Пила проволоочная (Olivecron, Gigli, или аналог)	шт.	100
1.2.	Распатор Obwegeser	шт.	2
1.3.	Костная ложка Jakobson	шт.	20
1.4.	Распатор Langenbeck (размер 1)	шт.	12
1.5.	Распатор Langenbeck (размер 2)	шт.	12
1.6.	Костный подъемник Verbrugge-Müller	шт.	4
1.7.	Распатор Lambotte (размер 1)	шт.	20
1.8.	Распатор Lambotte (размер 2)	шт.	10
1.9.	Распатор Lambotte (размер 3)	шт.	2
1.10.	Рашпиль костный	шт.	10
1.11.	Ложка костная Volkmann	шт.	20
1.12.	Долото костное Stille (размер 1)	шт.	6
1.13.	Долото костное Stille (размер 2)	шт.	6
1.14.	Долото костное Stille (размер 3)	шт.	6
1.15.	Долото костное Stille (размер 4)	шт.	6
1.16.	Долото костное Stille (размер 2)	шт.	6
1.17.	Молоток ортопедический	шт.	10
1.18.	Шило костное (пример)	шт.	10
1.19.	Лопатка Буяльского	шт.	10
1.20.	Ручка скальпеля №4 длинная	шт.	10
1.21.	Долото желобоватое	шт.	10
1.22.	Отвертка шестигранная малая	шт.	30
1.23.	Отвертка шестигранная большая	шт.	30
1.24.	Плоскогубцы большие медицинские 180мм	шт.	10
1.25.	Костодержатель Farabeuf-Lambotte типа «крокодил»	шт.	10
1.26.	Зажим-костодержатель (цапка костная) для захватывания и удержания трубчатых костей	шт.	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Наименование и требуемые характеристики
-------	---

2.1.	Пила проволочная (Olivescron, Gigli, или аналог) материал – специальная медицинская сталь, размеры: длина -420-200мм, диаметр: от 1,4 мм +/- 0,1 мм, 6 сплетений
2.2.*	Распатор Obwegeser длина 170-180мм, заточенная рабочая часть в виде «ласточкина хвоста» шириной 6-9мм
2.3.	Костная ложка Jakobson 12-14см, ширина ложки 4-6мм, двухсторонняя
2.4.	Распатор Langenbeck, 192-195мм, рабочая часть шириной 7,5-8мм
2.5.	Распатор Langenbeck, 192-195мм, рабочая часть шириной 10мм
2.6.	Костный подъемник Verbrugge-Müller длина 220-240мм, ширина 43-44мм
2.7.	Распатор Lambotte длина 210-220мм, ширина 10мм
2.8.	Распатор Lambotte длина 210-220мм, ширина 12мм
2.9.	Распатор Lambotte длина 210-220мм, ширина 20мм
2.10.	Рашпиль костный 200-240мм, ширина 20-22мм, каждая сторона - насечки разного рельефа
2.11.	Ложка костная Volkmann 160-180мм
2.12.	Долото костное Stille длина 200-210мм, ширина 8мм
2.13.	Долото костное Stille длина 200-210мм, ширина 10мм
2.14.	Долото костное Stille длина 200-210мм, ширина 12мм
2.15.	Долото костное Stille длина 200-210мм, ширина 15-16мм
2.16.	Долото костное Stille длина 200-210мм, ширина 20мм
2.17.	Молоток ортопедический сталь, длина 22-28см, вес 800-900г
2.18.	Шило костное 120-180мм, рабочая часть 2,2-4мм, функциональная рукоятка
2.19.	Лопатка Буяльского – скругленные края рабочей части, 10-17мм, длина 17-20см
2.20.	Ручка скальпеля №4 длинная – 17-22см
2.21.	Долото желобоватое, ширина рабочей части 10-12мм
2.22.	Отвертка шестигранная малая для винтов 2,5мм
2.23.	Отвертка шестигранная большая для винтов 3,5мм
2.24.	Плоскогубцы большие медицинские 180-185мм
2.25.	Костодержатель Farabeuf-Lambotte типа «крокодил»
2.26.	Зажим-костодержатель (цапка костная) для захватывания и удержания трубчатых костей, длина 135 мм

2.27. Инструмент должен быть изготовлен из нержавеющей стали 20Х13.

2.28. Должен допускать термическую стерилизацию при температуре не менее 134 градусов по Цельсию.

2.29. Срок службы инструмента – 2-3 года.

2.30. Стойкость к коррозии при ручной и механической предстерилизационной обработке.

2.31. Твердость по Роквеллу медицинского инструмента должна быть 36 - 48 HRC.

2.32. Инструмент должен иметь отполированную однородную поверхность или гальваническое покрытие без трещин, раковин, заусенцев, продуктов коррозии.

2.33. На инструменте должна быть маркировка производителя и каталожный номер, нанесенные лазером или ударным методом.

2.34. Медицинский инструмент должен выдерживать до 300 циклов автоклавирования при стандартных параметрах.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно аукционным документам организатора.

*) данные требования технического задания являются принципиальными, отсутствие подтверждения по данному пункту приведет к отклонению конкурсного предложения.