

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Набор для деглицеролизации эритроцитов

1.Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Набор предназначен для деглицеролизации (размораживания) эритроцитов на аппарате Haemonetics ACP-215 (Haemonetics, США) находящихся на балансе организаций службы крови города Минска. в состав которого входит: - линия гипертонического раствора (12% натрия хлорида) с полимерной иглой; - линия промывочного раствора с полимерной иглой; - линия ресуспендирующего (добавочного, аддитивного) раствора с специальным переходником; - центрифужный колокол на 275 мл; - бактериальный фильтр, расположенный между линиями растворов и центрифужным колоколом; - трубка (магистраль) с ограничителями для насоса раствора; - трубка (магистраль) с ограничителями для насоса крови; - фильтр монитора давления потока забора (DPM фильтр); - фильтр монитора давления системы (SPM фильтр); - магистраль системы с запаянным концом (диаметр от 4,0 мм до 4,5 мм с номинальным внутренним диаметром от 2,0 до 3,0 мм) для стерильного соединения с контейнером для хранения эритроцитов с помощью устройства для стерильного соединения магистралей; - контейнер для сбора отходов не менее 5 000 мл отмывной жидкости; - контейнер для безопасного хранения и переливания не менее 600 мл готового (конечного) продукта крови.	штук	100

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Набор для деглицеролизации эритроцитов представляет собой одноразовую, стерильную, систему.

2.2. Все составные части набора должны герметично соединяться в закрытый контур.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности согласно аукционных документов организатора

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Раствор для деглицеролизации эритроцитов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Раствор для деглицеролизации эритроцитов. стерильный	штук	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Раствор для деглицеролизации эритроцитов должен отвечать следующим требованиям:

2.1.1. раствор (натрия хлорида 12%);

2.1.2. раствор должен быть прозрачный, стерильный, апиrogenный, нетоксичный;

2.1.3. первичная упаковка должна обеспечивать стерильность, безопасность, качество раствора в течение срока годности, установленного производителем;

2.1.4. номинальный объем раствора - не менее 250 мл;

2.2. Наличие в контейнере с раствором инъекционного узла (штуцера) для подключения системы для деглицеролизации;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности согласно аукционных документов организатора

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Раствор промывочный для эритроцитов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Раствор промывочный для эритроцитов. стерильный	штук	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Раствор промывочный для эритроцитов должен отвечать следующим требованиям:

2.1.1. раствор промывочный (глюкозы 0,2%, натрия хлорида 0,9%) в составе: натрия хлорида - 0,9 г, глюкозы моногидрат - 0,2 г, натрия дигидрогенофосфат дигидрат - 0,034 г, динатрия фосфат додекагидрат - 0,209 г, вода для инъекций - 100 мл;

2.1.2. раствор должен быть прозрачный, стерильный, апиrogenный, нетоксичный;

2.1.3. первичная упаковка должна обеспечить стерильность, безопасность раствора в течение срока годности, установленного производителем;

2.1.4. номинальный объем раствора - не менее 2 000 мл.

2.2. Наличие в контейнере с раствором 2-х инъекционных узлов (штуцеров) для подключения системы для деглицеролизации.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности согласно аукционных документов организатора

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Раствор для хранения эритроцитов SAG-M

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Раствор для хранения эритроцитов SAG-M	штук	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Раствор для хранения эритроцитов должен отвечать следующим требованиям:

2.1.1. раствор аддитивный SAG-M в составе: глюкоза моногидрат – 9,0 г, натрия хлорид – 8,770 г, аденин - 0,169 г, маннитол - 5,250 г, вода для инъекций - 1000 мл;

2.1.2. раствор должен быть прозрачный, стерильный, апиrogenный, нетоксичный;

2.1.3. первичная упаковка должна обеспечивать стерильность, безопасность, качество раствора в течение срока годности, установленного производителем.

2.1.4. номинальный объем раствора - не менее 350 мл.

2.2. Наличие в контейнере с раствором инъекционного узла (штуцера) с заглушкой для подключения системы для деглицеролизации.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности согласно аукционных документов организатора