

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№/п	Наименование	Единица измерения	Количество к закупке
1	Антитела к кардиолипину IgG/ IgM	тест	5 760
2	Антитела к β 2-гликопротеину-1 IgG/IgM	тест	5 760

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Предлагаемые реагенты должны быть совместимы с иммуноферментной системой EL-800 производства BioTek (США).

2.2. Используются для количественного определения.

2.3. Реагенты должны быть одного производителя.

2.4. Возможность определения IgG и IgM антител против кардиолипина в одном наборе.

2.5. Возможность определения IgG и IgM антител против β 2-гликопротеина в одном наборе.

2.6. Наборы должны поставляться с разборными (стрипированными) 96-луночными плашками с достаточным количеством реагентов, контрольных и стандартных материалов для проведения дробных постановок реакций.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.