

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных  
и эксплуатационных показателей (характеристик) набора для ретроградного  
наружного стентирования мочеочника**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| №<br>пп       | Наименование                                                                                           | Кол-во<br>шт. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1             | Набор для ретроградного наружного стентирования<br>с мочеочниковым стентом $\varnothing$ - 6Fr, L-70см | 500           |
| 2             | Набор для ретроградного наружного стентирования<br>с мочеочниковым стентом $\varnothing$ - 7Fr, L-70см | 500           |
| <b>ИТОГО:</b> |                                                                                                        | <b>1 000</b>  |

**2. Показатели (характеристики):**

**2.1. Комплектация набора:**

**2.1.1 Стент.**

2.1.1.1 материал стента – биосовместимый полиуретан

2.1.1.2 с одним открытым почечным завитком типа «Pigtail», диаметром от 1,4 см

2.1.1.3 дренажные отверстия на завитке «Pigtail»

2.1.1.4 маркеры для точного визуального позиционирования

2.1.1.5 высокая рентгенконтрастность.

2.1.2 Адаптер для подключения к мочеочнику.

2.1.3 Стерильная индивидуальная упаковка набора.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку  
(годности, стерильности):**

Согласно аукционным документом организатора.