

Технические характеристики (описание) медицинской техники
Центрифуга низкоскоростная лабораторная

1. Состав (комплектация) оборудования.

№	Наименование	Кол-во на 1 комплект
1.	Центрифуга низкоскоростная лабораторная напольная	1 компл

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Центрифуга лабораторная должна обеспечивать:

2.1.1. частоту вращения рабочего органа 100-4000/мин;

2.1.2. наибольший фактор разделения, g 2810;

2.1.3. наибольший объем загрузки – не менее 60 пробирок объемом до 7 мл, d до 18 мм;

2.1.4. наличие таймера.

2.2. Центрифуга должна иметь сменный ротор для центрифугирования планшет со скоростью от 100 до 2000 об/мин.

2.3. Память не менее 5 программ.

2.4. Возможность задания скорости как в оборотах в минуту, так и по относительной центробежной силе.

2.5. Автоматическая диагностика дисбаланса ротора (аварийный остановка, индикация дисбаланса).

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.