

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Бокс для ПЦР-диагностики с УФО-лампой (4 комплекта)

1. Состав (комплектация) предмета государственной закупки:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Кол-во на 1 комплект
1.1.	ПЦР-бокс с УФО-лампой	шт	1
1.2.	Стол для бокса с выдвижным ящиком	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Бокс предназначен для чистой работы с ДНК-пробами и обеспечивает защиту от контаминации.

2.2. Материал – металл и стекло (оргстекло), рабочая поверхность – устойчивая к дезинфектантам (нержавеющая сталь, либо порошковая эмаль).

2.3. Наличие УФ- лампы или УФ- рециркулятора воздуха.

2.4. Наличие лампы дневного света для освещения рабочего места.

2.5. Наличие не менее 2х розеток внутри бокса.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.