

Лоты 1-5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ лота	Наименование	Единица измерения	Количество
Лот 1	Ланцеты для прокалывания пальца для взрослых (размер иглы 18G, глубина прокола не более 1,8мм)	шт.	113500
Лот 2	Ланцеты для прокалывания пальца для взрослых (размер иглы 21G, глубина прокола не более 1,8мм)	шт.	517300
Лот 3	Ланцеты для прокалывания пальца для детей (размер иглы не более 28G, глубина прокола не более 1,6мм)	шт.	13500
Лот 4	Ланцеты для прокалывания пальца (размер лезвия не более 1,5мм, глубина прокола не более 1,6мм)	шт.	6500
Лот 5	Ланцет для прокалывания пальца для новорожденных (размер лезвия не более 1,5 мм, глубина прокола не более 1,2 мм)	шт.	9400

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки,:

2.1. Изделие выполнено из пластикового корпуса.

2.2. Материал лезвия — нержавеющая медицинская сталь.

2.3. Автоматический процесс активации в момент непосредственного контакта с кожей.

2.4. После прокола лезвие ланцета автоматически убирается обратно в пластиковый корпус для обеспечения безопасности, что исключает его повторное применение.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности/стерильности на дату поставки должен составлять не менее 60% от общего срока годности на товар, установленный изготовителем.