

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДAROУЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Вытворча-гандлёвае рэспубліканскае
ўнітарнае прадпрыемства «Белмедтэхніка»
Рэспубліканскае даччынае гандлёвае
ўнітарнае прадпрыемства
«Медтэхніка» г.Гомель

вул. Чангарскай дывізіі, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
прыёмная: тел.: (0232) 35-98-87;
аддзел гандлю: 35-68-80; маркетынг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/р BY92BLBB30120400052327001001
Дырэкцыя ААТ «БЕЛІНВЕСТБАНКА»
па Гомельскай вобласці,
код BLBBVY2X УНП 400052327

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Производственно-торговое республиканское унитарное
предприятие «Белмедтехника»
Республиканское дочернее торговое
унитарное предприятие
«Медтехника» г.Гомель

ул. Чонгарской дивизии, 14, 246007 г.Гомель
факс: (0232) 35-88-71
приемная: тел.: (0232) 35-98-87;
отдел торговли: 35-68-80; маркетинг: 35-67-14
e-mail: office@mdt.by, www.mdt.by
р/счет BY92BLBB30120400052327001001
Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНКА»
по Гомельской области,
код BLBBVY2X УНП 400052327

03.08.2026 № 4-14/290
На № _____ ад _____

Руководителю предприятия

ЗАПРОС информации о ценах на медицинские изделия

Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г.Гомель, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: **Кафедра водолечебная** (позиция-12)

**в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).*

Существенные обязательные условия: в стоимость товара должны быть учтены расходы Поставщика по сборке, установке, монтажу, пусконаладочным работам, вводом оборудования в эксплуатацию, обучению и инструктажу медицинского и технического персонала правилам эксплуатации; наличие сервисного центра на территории Республики Беларусь; гарантийные обязательства с даты ввода в эксплуатацию – не менее 12 месяцев; оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении), не восстановленным, без произведенных замен основных узлов и механизмов, не снятым с производства и (или) с длительного хранения с восстановлением потребительских свойств, не старше 2025 года выпуска, не является предметом залога, не находится под арестом, в пользовании и (или) владении третьих лиц и др. в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Место поставки оборудования: объект строительства

Ориентировочные сроки поставки: ноябрь-декабрь 2026 года.

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прецедент и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту 203@mdt.by в срок не позднее **06.08.2026.**

Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком.

Ведущий специалист отдела маркетинга



М.В.Саварина

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

государственного учреждения
здравоохранения «Гомельская
центральная городская детская
клиническая поликлиника»

Т.И. Солодка
2026 г.



Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Кафедра водолечебная (позиция - 12)

1. Состав (комплектация на 1 единицу) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Пульт управления	шт.	1
1.2	Душ циркулярный	шт.	1
1.3	Душ дождевой	шт.	1
1.4	Душ восходящий	шт.	1
1.5	Экран отбойный	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки

№ п/п	Наименование	Параметры
2.1	Назначение	Для проведения водолечебных процедур профилактического, общеукрепляющего и терапевтического воздействия
2.2	Габаритные размеры пульта управления с душем, ВхДхШ, мм, не более	1100х1030х670
2.3	Габаритные размеры душа циркулярного, ВхДхШ, мм, не более	1500х950х752
2.4	Пульт управления оснащен кранами включения, выключения душей	Наличие
2.4	Регулировка температуры воды	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.