

Технические характеристики (описание) медицинской техники
Дефибриллятор-монитор

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Дефибриллятор-монитор	шт.	1
1.2	Электроды для дефибрилляции	пара	1
1.3	Аккумуляторная батарея	компл.	1
1.4	Кабель питания	шт.	1
1.5	Сумка для переноски	шт.	1

2. Технические требования:

№ п/п	Характеристики	Значение параметра
2.1	Режимы работы	ручной и автоматический
2.2	Форма импульса	бифазный
2.3	Диапазон выходной энергии	от 1 до не менее 200 Дж.
2.4	Время заряда до 200 Дж	не более 7 секунд
2.5	Время заряда до 360 Дж	не более 12 секунд
2.6	Дисплей с отображением ЭКГ и параметров	наличие
2.7	Мониторирование ЭКГ	не менее 3 отведений
2.8	Автоматическое тестирование	наличие
2.9	Масса (вес)	не более 7 кг
2.10	Звуковое оповещение	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты ввода медицинского оборудования в эксплуатацию.