

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Центрифуга лабораторная

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
1	1. Центрифуга	шт.	1
	2. Сетевой провод		1
	3. Адаптеры (вкладыши)		1

2. Технические требования:

- 2.1 Габариты до 340x430x290мм (ШxДxВ)
- 2.2 Вес до 17 кг
- 2.3 Напряжение питания до 230В, 50-60Гц
- 2.4 Сетевой выключатель - наличие
- 2.5 Звуковое оповещение-наличие
- 2.6 Плавное торможение – наличие
- 2.7 Автоматическое открывание крышки после окончания центрифугирования - наличие
- 2.8 Сменный ротор на не менее чем 24 пробирки - наличие
- 2.9 Возможность применения вакуумных и центрифужных пробирок до 15 мл с диаметром до 17 мм
- 2.10 Максимальная скорость вращения- до 4000 об/мин
- 2.11 Возможность выбора скорости вращения - интервал 100 об/мин
- 2.12 Интервал времени таймера - от 1 до 99 мин
- 2.13 Выбор времени вращения - шаг 1 минута
- 2.14 Дисплей контроля параметров-наличие
- 2.15 Блокировка открывания крышки при работающем двигателе до полной остановки ротора-наличие
- 2.16 Покрытие корпуса - устойчиво к средствам дезинфекции

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию.