

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Размораживатель плазмы и крови	шт	1
2	Пакет тепловлагообменника	шт	1
3	Кабель сетевой	шт	1
4	Руководство по эксплуатации	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Прибор применяется для быстрого, безопасного и равномерного оттаивания свежезамороженной плазмы, крови, криопреципитата и инфузионных растворов до температуры +37 °С перед переливанием;

2.2 Сухая разморозка без контакта с водой;

2.3 Разморозка до 3 пакетов с плазмой от 250 до 1000мл;

2.4 Прозрачная крышка для контроля разморозки;

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.5	Размораживатель плазмы и крови	
2.5.1	Количество отсеков	1
2.5.2	Объем размораживателя	1000мл
2.5.3	Максимальная одномоментная загрузка размораживателя	1000x1 или 450x2 или 250x3
2.5.4	Габаритные размеры (ШхГхВ)	220x490x130мм
2.5.5	Вес прибора	Не более 4 кг
2.5.6	Вес прибора с водой	Не более 7 кг
2.5.7	Датчики контроля температуры	6
2.5.8	Датчики протечки	1

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики:

Заведующий отделением
анестезиологии и реанимации



С.М.Дубовская

Согласовано:

Главный внештатный специалист
по анестезиологии и реанимации
ГУЗО Брестского ОИК



В.В.Гоменюк