

Приложение 1

1. Состав оборудования (комплект)

№ п/п	Наименование	Количество
1	Видеобронхоскоп с принадлежностями: Всасывающий клапан – 1 шт., биопсийный клапан – 1 шт., водонепроницаемый чехол – 1 шт., клапаны для промывки каналов, течеискатель - 1 шт. видеопроцессор эндоскопический для обработки изображения – 1 шт.	1 шт.

2. Технические характеристики оборудования

2.1. Видеобронхоскоп

№	Наименование характеристики	Базовые параметры
2.1.1.	Угол обзора	120° ± 10°
2.1.2	Углы изгиба	В-180°±10°, Н-130°±10°
2.1.3	Рабочий канал	Не менее 2 мм
2.1.4	Диаметр дистального конца	5,5 ± 0,5 мм
2.1.5	Рабочая длина	Не менее 600 мм
2.1.6	Видеопроцессор эндоскопический для обработки изображения	Сенсорный экран до 5 дюймов, разрешение Full HD-экраном (1920x1080) Поворот экрана не менее 120° вверх/вниз, съемный аккумулятор до 4 часов работы, карта памяти не менее 32 ГБ. Вес: компактный, для транспортировки

*- обязательное требование, несоответствие приведет к отклонению предложения

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему представления, гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Поставка всего комплекта оборудования должна осуществляться единовременно;

3.2. В стоимость предложения должны быть включены:

3.2.1. Сборка/монтаж/запуск на объекте (ввод оборудования в эксплуатацию);

3.2.2. Обучение медицинского и технического персонала при инсталляции правилам эксплуатации оборудования;

3.2.3. Гарантийное обслуживание на объекте не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не менее 12 месяцев для оптики.