

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Одноразовый набор (set) для проведения сеанса почечно-заместительной терапии в режиме вено-венозной гемофильтрации, гемодиализа, гемодиофильтрации с системой полифункциональной «Prismaflex Baxter» каждый в составе: - колонка-фильтр (модель ST-150 или аналог) – 1 шт. - мешок для сбора эффлюента объемом 5 либо 9 литров - 1 шт. - магистрали забора и возврата крови - 1 шт. - магистраль диализирующего раствора - 1 шт. - магистраль замещающего раствора - 1 шт. - магистраль эффлюента - 1 шт. - купола датчиков давления в системе - 3 шт. - магистраль гепаринизации - 1 шт. - ловушка воздуха - 1 шт.	Шт.	150

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Должен быть совместим с аппаратом почечно-заместительной терапии Prismaflex производства (Baxter);

2.2. Стерильный

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№	Наименование подлежащих закупке товаров	Кол-во штук
1.	Сет для проведения продленной почечно-заместительной терапии	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О закупках товаров (работ, услуг)”:

№	Наименование характеристики
2.1.	Совместим с аппаратом Baxter Prismaflex
2.2.	Эффективная площадь поверхности фильтра, включенного в сет, составляет не менее 1,4 квадратных метра
2.3.	Сет обеспечивает процедуру со скоростью потока крови не менее 100 мл/мин
2.4.	Сет используется для пациентов с массой тела не менее 30 кг
2.5.	Сет включает фильтр, необходимые магистрали, датчики и мешок для сбора эффлюента
2.6.	Совместим с аппаратом Baxter Prismaflex
2.7.	Эффективная площадь поверхности фильтра, включенного в сет, составляет не менее 1,4 квадратных метра

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): Срок годности на момент поставки не менее 80% согласно аукционным документам организатора