

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| № | Наименование           | Диаметр, мм | Длина, мм | Количество, шт |
|---|------------------------|-------------|-----------|----------------|
| 1 | Спицы для остеосинтеза | 1,0         | 100-110   | 2000           |
| 2 | Спицы для остеосинтеза | 1,2         | 200-210   | 2000           |
| 3 | Спицы для остеосинтеза | 1,5         | 250-270   | 3000           |
| 4 | Спицы для остеосинтеза | 2,0         | 250-270   | 500            |

**2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:**

2.1 Деформируемая коррозионно-стойкая (нержавеющая) сталь для хирургических имплантов.

2.2. Заточка: трехгранная или перьевая.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):**

3.1 Согласно аукционным документам организатора.