

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных (показателей)  
характеристик предмета государственной закупки

1. Состав (композиция) медицинских изделий

| Лот № 1 Катетеры коронарные двустенные                                                                                                                                             |                                    |            |      |                      |                        |                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------|----------------------|------------------------|----------------------|-------|
| №                                                                                                                                                                                  | Наименование                       | Модель     | МОКБ | Солнгор-<br>ская ЦРБ | Молодеч-<br>енский ЦРБ | Борисов-<br>ская ЦРБ | ИТОГО |
| 1.1.                                                                                                                                                                               | Катетеры коронарные дв-<br>стенные | ЛС-4.0, 5F | 200  | 200                  | 150                    | 100                  | 650   |
| 1.2.                                                                                                                                                                               | «-»                                | ЛС-5.0, 5F | 30   | 30                   | 20                     | 20                   | 100   |
| 1.3.                                                                                                                                                                               | «-»                                | ЛС-3.5, 5F | 50   | 50                   | 20                     | 20                   | 140   |
| 1.4.                                                                                                                                                                               | «-»                                | ЛС-4.0, 5F | 300  | 300                  | 100                    | 100                  | 800   |
| 1.5.                                                                                                                                                                               | «-»                                | АВР 1, 5F  | 30   | 30                   | 10                     | 10                   | 80    |
| 1.6.                                                                                                                                                                               | Ридейл 125см.                      | Прямой 5 F | 100  | 100                  | 50                     | 50                   | 280   |
| 1.7.                                                                                                                                                                               | ЛС-4.0, 125см.                     | 5F         | 200  | 10                   | 0                      | 10                   | 220   |
| 1.8.                                                                                                                                                                               | ЛС-4.0, 125см.                     | 5F         | 50   | 50                   | 20                     | 10                   | 130   |
| Итого                                                                                                                                                                              |                                    |            | 960  | 770                  | 370                    | 300                  | 2400  |
| 1. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: |                                    |            |      |                      |                        |                      |       |
| для пунктов 1-13                                                                                                                                                                   |                                    |            |      |                      |                        |                      |       |
| 1. Длина катетера не менее 100 см.                                                                                                                                                 |                                    |            |      |                      |                        |                      |       |
| 2. Давление не менее 1000 psi.                                                                                                                                                     |                                    |            |      |                      |                        |                      |       |
| для пунктов 14-15                                                                                                                                                                  |                                    |            |      |                      |                        |                      |       |
| 1. Длина катетера не менее 125 см.                                                                                                                                                 |                                    |            |      |                      |                        |                      |       |
| 2. Давление не менее 1000 psi.                                                                                                                                                     |                                    |            |      |                      |                        |                      |       |

**Лот № 2 Катетеры коронарные диагностические для транскатетерного доступа**

| №    | Наименование                                                               | Модель                                 | МОСК | Солнгор-<br>ская ЦРБ | Молодеч-<br>ненская ЦРБ | Борисов-<br>ская ЦРБ | ИТОГО |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------|
| 1.1. | Катетеры коронарные диа-<br>гностические для транс-<br>катетерного доступа | тип TIG 4.0, U1-1,<br>или аналог - 5 F | 400  | 200                  | 700                     | 200                  | 1500  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

1. Длина катетера не менее 100 см.
2. Давление не менее 1000 psi.

**Лот № 3 Наборы для коронарографии трансфеморальным доступом**

| Наименование                                        | Модель | МОСК | Солнгор-<br>ская ЦРБ | Молодеч-<br>ненская ЦРБ | Борисов-<br>ская ЦРБ | ИТОГО |
|-----------------------------------------------------|--------|------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------|
| Наборы для коронарографии трансфеморальным доступом | 6F     | 100  | 300                  | 100                     | 200                  | 700   |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

1. Максимальное давление не менее 1000 psi.
2. Наличие пункционной иглы, диаметр иглы не менее 18G.
3. В комплекте - катетеры - J14, J14, Pigtail, интравеносер ; проводники J тип 3 мм, 0.035 inch – длина не менее 150 см.

**Лот № 4 Интродьюсеры для трансферомального доступа**

| №            | Наименование                               | Модель     | МОСКБ       | Содержимая ЦРБ | Молодечненская ЦРБ | Борисовская ЦРБ | ИТОГО       |
|--------------|--------------------------------------------|------------|-------------|----------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 1.1.         | Интродьюсеры для трансферомального доступа | 5F - 11см  | 0           | 250            | 0                  | 0               | 250         |
| 1.2.         | Интродьюсеры для трансферомального доступа | 6F - 11 см | 700         | 300            | 0                  | 100             | 1100        |
| 1.3.         | Интродьюсеры для трансферомального доступа | 7F - 11см  | 200         | 200            | 0                  | 20              | 420         |
| 1.4.         | Интродьюсеры для трансферомального доступа | 8F - 11см  | 100         | 50             | 0                  | 20              | 170         |
| <b>Итого</b> |                                            |            | <b>1000</b> | <b>800</b>     | <b>0</b>           | <b>140</b>      | <b>1940</b> |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

1. Допускается отклонение по длине  $\pm 2$  см

Лот № 5 Интродьюсеры для трансрадиального доступа

| №     | Наименование                                   | Модель         | МОКБ | Соплигор-<br>ская ЦРБ | Молодеч-<br>ненская ЦРБ | Борисов-<br>ская ЦРБ | ИТОГО |
|-------|------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------|
| 1.1.  | Интродьюсеры для трансрадиаль-<br>ного доступа | 5F - 10 - 15см | 200  | 300                   | 20                      | 100                  | 620   |
| 1.2.  | Интродьюсеры для трансради-<br>ального доступа | 6F - 10 - 15см | 2000 | 1100                  | 600                     | 600                  | 4300  |
| 1.3.  | Интродьюсеры для трансради-<br>ального доступа | 7F - 10 - 15см | 100  | 100                   | 0                       | 20                   | 220   |
| Итого |                                                |                | 2300 | 1500                  | 620                     | 720                  | 5140  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

1. Наличие гидрофильного покрытия чехла интродьюсера.
2. Функциональная игла не более 21G.

Лот №6 Аксессуары ангиографические

| №     | Наименование                                                                  | МОКБ | Соплигор-<br>ская ЦРБ | Молодеч-<br>ненская ЦРБ | Борисов-<br>ская ЦРБ | ИТОГО |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------|
| 1.1.  | Игла функциональная ангиографическая без мандрена<br>под 0.038 inch проводник | 100  | 100                   | 50                      | 200                  | 450   |
| 1.2.  | Игла для проведения коронарного проводника 0.014<br>inch                      | 700  | 800                   | 500                     | 500                  | 2500  |
| 1.3.  | Ротатор для коронарного проводника                                            | 150  | -                     | 50                      | 50                   | 250   |
| Итого |                                                                               | 950  | 900                   | 700                     | 750                  | 3200  |

**Дол №7 Проводники для лечения поракений периферических артерий**

| №            | Наименование                   | Модель            | МОКБ | Сотн ор-<br>ская ЦРБ | Молодеч-<br>нская ЦРБ | Борисов-<br>ская ЦРБ | ИТОГО |
|--------------|--------------------------------|-------------------|------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------|
| 1.1.         | Проводники перифериче-<br>ские | 0.014", 190-195см | 30   | 30                   | 30                    | 30                   | 120   |
| 1.2.         | Проводники перифериче-<br>ские | 0.014", 190-195см | 20   | 20                   | 20                    | 20                   | 80    |
| <b>Итого</b> |                                |                   | 50   | 50                   | 50                    | 50                   | 200   |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» для пункта 1.1.:

1. Гидрофобное покрытие проксимальной части проводника, средняя и дистальная часть проводника должна иметь рентген-контрастный полимерный чехол с гидрофильным покрытием для обеспечения визуализации и прохождения.

2. Усилие изгиба дистальной части проводника – 8,0-10,0 г.

для пункта 1.2.:

1. Гидрофобное покрытие проксимальной части проводника, средняя и дистальная часть проводника должна иметь рентген-контрастный полимерный чехол с гидрофильным покрытием для обеспечения визуализации и прохождения.

2. Усилие изгиба дистальной части проводника – 11,0-13,0 г.

**Лот № 8 Проводники коронарные**

| №            | Наименование          | Модель            | МОСК       | Солнцор-<br>ская ЦРБ | Молодеч-<br>нецкая ЦРБ | Борисов-<br>ская ЦРБ | ИТОГО       |
|--------------|-----------------------|-------------------|------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------|
| 1.1.         | Проводники коронарные | 0.014", 190-195см | 300        | 300                  | 300                    | 300                  | 1200        |
| 1.2.         | Проводники коронарные | 0.014", 190-195см | 100        | 100                  | 0                      | 100                  | 300         |
| <b>Итого</b> |                       |                   | <b>400</b> | <b>400</b>           | <b>300</b>             | <b>400</b>           | <b>1500</b> |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

для пункта 1.1.:

1. Гидрофобное покрытие проксимальной части проводника, средняя и дистальная часть проводника должна иметь рентгенконтрастный полимерный чехол с гидрофильным покрытием.
2. Рентгенконтрастная дистальная часть проводника дл. 3 см.
3. Усилие изгиба дистальной части проводника – 0,7-0,8 г.

для пункта 1.2.:

1. Материал дистальной части проводника - сталь повышенной прочности.
2. Дистальная часть проводника должна иметь полимерный чехол с гидрофильным покрытием.
3. Рентгенконтрастная дистальная часть проводника длиной 3 см.
4. Усилие изгиба дистальной части проводника – 1,0-1,1 г.

**Лист № 9 Проводники коронарные для сложных и окислительно-коррозионных поражений артерий**

| №            | Наименование                      | Модель            | МОСКБ      | Согласованная ЦРБ | Модель-непеска ЦРБ | Борисовская ЦРБ | ИТОГО      |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 1.1.         | Проводники коронарные             | 0.014", 180-195см | 50         | 50                | 50                 | 50              | 200        |
| 1.2.         | Проводники коронарные             | 0.014", 180-195см | 50         | 50                | 50                 | 50              | 200        |
| 1.3.         | Удлинитель коронарного проводника |                   | 10         | 30                | 10                 | 0               | 50         |
| <b>Итого</b> |                                   |                   | <b>110</b> | <b>130</b>        | <b>110</b>         | <b>100</b>      | <b>450</b> |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» для пункта 1.1.:

1. Наличие полимерного гидрофильного покрытия дистальной части проводника.
2. Конструкция шфта для осуществления дополнительной поддержки (схлыс support).
3. Усиление изгиба дистальной части проводника – 0,5-0,6 г.

для пункта 1.2.:

1. Наличие полимерного гидрофильного покрытия дистальной части проводника длиной не менее 15 см.
2. Наличие зауженного дистального кончика проводника толщиной не более 0,010 inch.
3. Усиление изгиба дистальной части проводника – 0,9-1,1 г.

**Лот № 10 Катетер коронарный направленный**

| №     | Наименование                    | Модель      | МОКБ | Сопло-<br>ска ЦРБ | Моторе-<br>ска ЦРБ | Бор-<br>ска ЦРБ | ИТОГО |
|-------|---------------------------------|-------------|------|-------------------|--------------------|-----------------|-------|
|       | Катетер коронарный направленный | ЛЛ 3.5 - 6F | 300  | 50                | 10                 | 50              | 410   |
| 1.1.  | -«-                             | ЛЛ 4.0 - 6F | 300  | 50                | 50                 | 200             | 600   |
| 1.2.  | -«-                             | ЛЛ 5.0 - 6F | 20   | 10                | 10                 | 20              | 60    |
| 1.3.  | -«-                             | ЛЛ 4.0 - 6F | 200  | 200               | 200                | 200             | 800   |
| 1.4.  | -«-                             | ЛЛ 4.0 - 7F | 10   | 30                | 0                  | 10              | 50    |
| 1.5.  | -«-                             | ЛЛ 4.0 - 8F | 30   | 30                | 20                 | 20              | 100   |
| Итого |                                 |             | 860  | 370               | 290                | 500             | 2020  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

1. Внутренний диаметр для катетеров 6 F не менее 0.070 inch.
2. Кончик Softip.

| Лот № 11 Категоры баллонныя коронарные                                                                                                                                             |                               |        |      |                |                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------|----------------|--------------------|----------------------|
| №                                                                                                                                                                                  | Наименование                  | Модель | МОКБ | Содержимая ЦРБ | Модель-непеква ЦРБ | Всего-содержимая ЦРБ |
| 1.1.                                                                                                                                                                               | Категоры баллонныя коронарные | 2.0x20 | 100  | 100            | 100                | 400                  |
| 1.2.                                                                                                                                                                               | Категоры баллонныя коронарные | 2.0x30 | 50   | 50             | 0                  | 50                   |
| 1.3.                                                                                                                                                                               | Категоры баллонныя коронарные | 3.0x20 | 50   | 20             | 0                  | 20                   |
| 1.4.                                                                                                                                                                               | Категоры баллонныя коронарные | 3.5x20 | 20   | 20             | 0                  | 10                   |
| 1.5.                                                                                                                                                                               | Категоры баллонныя коронарные | 4.0x20 | 20   | 10             | 0                  | 5                    |
| 1.6.                                                                                                                                                                               | Категоры баллонныя коронарные | 4.5x20 | 10   | 10             | 0                  | 5                    |
| 1.7.                                                                                                                                                                               | Категоры баллонныя коронарные | 5.0x20 | 10   | 10             | 0                  | 5                    |
| Итого                                                                                                                                                                              |                               |        | 260  | 220            | 100                | 195                  |
|                                                                                                                                                                                    |                               |        |      |                |                    | 775                  |
| 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: |                               |        |      |                |                    |                      |
| 1. Монореельсовые.                                                                                                                                                                 |                               |        |      |                |                    |                      |
| 2. Номинальное давление не менее 6 атм., давление разрыва не менее 14 атм.                                                                                                         |                               |        |      |                |                    |                      |
| 3. Допускается отклонение по длине баллона +2 мм.                                                                                                                                  |                               |        |      |                |                    |                      |

**Лот № 12 Катетеры баллонные коронарные с медикamentозным покрытием**

| №            | Наименование                                              | Модель  | МОКБ      | Сопутствующая ЦРБ | Молодежная ЦРБ | Юрисовская ЦРБ | ИТОГО      |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|----------------|----------------|------------|
| 1.1.         | Катетеры баллонные коронарные с медикamentозным покрытием | 1, 5x20 | 15        | 10                | 10             | 5              | 40         |
| 1.2.         | Катетеры баллонные коронарные с медикamentозным покрытием | 2,0x30  | 10        | 10                | 10             | 5              | 35         |
| 1.3.         | Катетеры баллонные коронарные с медикamentозным покрытием | 2.25x20 | 20        | 20                | 20             | 10             | 70         |
| 1.4.         | Катетеры баллонные коронарные с медикamentозным покрытием | 2,5x30  | 10        | 20                | 10             | 5              | 45         |
| 1.5.         | Катетеры баллонные коронарные с медикamentозным покрытием | 2.75x30 | 15        | 20                | 10             | 5              | 50         |
| 1.6.         | Катетеры баллонные коронарные с медикamentозным покрытием | 3.0x30  | 10        | 20                | 10             | 5              | 45         |
| 1.7.         | Катетеры баллонные коронарные с медикamentозным покрытием | 3.5x30  | 5         | 20                | 10             | 5              | 40         |
| 1.8.         | Катетеры баллонные коронарные с медикamentозным покрытием | 4.0x20  | 5         | 5                 | 5              | 5              | 20         |
| <b>Итого</b> |                                                           |         | <b>90</b> | <b>125</b>        | <b>85</b>      | <b>45</b>      | <b>345</b> |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

1. Допускается отклонение по длине баллона 1-2 мм.
2. Номинальное давление не менее 6 атм, давление разрыва не менее 14атм.
3. Должен иметь антипролиферативное медикamentозное покрытие.
4. Монорельсовый катетер, совместимый с проводником 0.014 inch и направляющим катетером 6F.

**Лот №13 Стенты коронарные с медикаментозным покрытием малого диаметра**

| №            | Наименование                                       | Модель | МОКБ | Солнор-<br>ская ЦРБ | Молодеч-<br>невская<br>ЦРБ | Бори-<br>совская<br>ЦРБ | ИТОГО |
|--------------|----------------------------------------------------|--------|------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------|
| 1.1          | Стенты коронарные с медикаментоз-<br>ным покрытием | 2.0x15 | 30   | 10                  | 5                          | 10                      | 55    |
| 1.2          | -«-                                                | 2.0x19 | 50   | 20                  | 5                          | 20                      | 95    |
| 1.3          | -«-                                                | 2.0x23 | 20   | 20                  | 10                         | 20                      | 70    |
| <b>Итого</b> |                                                    |        | 100  | 50                  | 20                         | 50                      | 220   |

**Технические требования:**

1. Медикаментозное покрытие стента цитостатическим препаратом.
2. По длине стента допускается отклонение  $\pm 2$  мм от указанной в техническом задании.

**Лот №14 Катетеры коронарные аспирационные**

| №            | Наименование                      | Модель | МОКБ | Солнор-<br>ская ЦРБ | Молодеч-<br>невская<br>ЦРБ | Бори-<br>сов-<br>ская ЦРБ | ИТОГО |
|--------------|-----------------------------------|--------|------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------|
| 1.1.         | Катетеры коронарные аспирационные | 6F     | 300  | 70                  | 20                         | 100                       | 490   |
| 1.2.         | Катетеры коронарные аспирационные | 7F     | 30   | 10                  | 10                         | 10                        | 60    |
| <b>Итого</b> |                                   |        | 330  | 80                  | 30                         | 110                       | 550   |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
  1. Система доставки – монореельсовая.
  2. Гидрофильное покрытие.
  3. Шприц и фильтр в комплекте - наличие.

| Лот № 15 Коннектор У-образный с гемостатическим клапаном с Push-кнопкой.                                                                                                           |                                                                      |        |      |                      |                            |                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------|
| №                                                                                                                                                                                  | Наименование                                                         | Модель | МОКБ | Солнгор-<br>ская ЦРБ | Молодеч-<br>ненская<br>ЦРБ | Борисов-<br>ская ЦРБ | ИТОГО |
| 1.1                                                                                                                                                                                | Коннектор У-образный с гемостатиче-<br>ским клапаном с Push-кнопкой. | -      | 1500 | 1200                 | 600                        | 800                  | 4100  |
| 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: |                                                                      |        |      |                      |                            |                      |       |
| 1. Наличие гемостатического клапана с кнопкой, фиксирующей закрытое и открытое положение клапана.                                                                                  |                                                                      |        |      |                      |                            |                      |       |
| 2. Соединительные элементы Luer lock.                                                                                                                                              |                                                                      |        |      |                      |                            |                      |       |

| Лот № 16 Системы для закрытия пункционных отверстий артерий                                                                                                                    |                                                         |                  |      |                     |                            |                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------|
| №                                                                                                                                                                              | Наименование                                            | Модель           | МОКБ | Солнор-<br>ская ЦРБ | Молодеч-<br>ненская<br>ЦРБ | Борисов-<br>ская ЦРБ | ИТОГО |
| 1.1.                                                                                                                                                                           | Системы для закрытия пункци-<br>онных отверстий артерий | Якорного типа 6F | 300  | 200                 | 50                         | 100                  | 650   |
| 1.2.                                                                                                                                                                           | -«-                                                     | Якорного типа 8F | 100  | 70                  | 10                         | 30                   | 210   |
| Итого                                                                                                                                                                          |                                                         |                  | 400  | 270                 | 60                         | 130                  | 860   |
| Технические требования:                                                                                                                                                        |                                                         |                  |      |                     |                            |                      |       |
| 1. Устройство должно состоять из абсорбируемой коллагеновой губки и абсорбируемого полимерного якоря, закрывающих место артериотомии и соединяться абсорбируемой шовной нитью. |                                                         |                  |      |                     |                            |                      |       |

| Лот № 17 Системы гемостазы после пункции лучевой артерии                                                                                                                           |                                                 |                        |      |                  |                     |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|
| №                                                                                                                                                                                  | Наименование                                    | Модель                 | МОКБ | Сотитор-ская ЦРБ | Молодеч-ненский ЦРБ | Борисов-ская ЦРБ |
| 1.1.                                                                                                                                                                               | Системы гемостазы после пункции лучевой артерии | Размер манжеты 22-24см | 600  | 1000             | 1000                | 300              |
| 1.2.                                                                                                                                                                               | -«-                                             | Размер манжеты 29-30см | 300  | 300              | 300                 | 200              |
| Итого                                                                                                                                                                              |                                                 |                        | 900  | 1300             | 1300                | 500              |
| Итого                                                                                                                                                                              |                                                 |                        |      |                  |                     |                  |
| 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: |                                                 |                        |      |                  |                     |                  |
| 1. Шприц для нагнетания воздуха в комплекте.                                                                                                                                       |                                                 |                        |      |                  |                     |                  |
| Итого                                                                                                                                                                              |                                                 |                        |      |                  |                     |                  |

| Лот № 18 Соединительная трубка высокого давления |                                                                 |        |      |                  |                     |                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|------|------------------|---------------------|------------------|
| №                                                | Наименование                                                    | Модель | МОКБ | Солнтор-ская ЦРБ | Молодеч-ненский ЦРБ | Борисов-ская ЦРБ |
| 1.1.                                             | Соединительная трубка высокого давления для работы с инъектором | -      | 1000 | 0                | 0                   | 0                |
| Технические требования:                          |                                                                 |        |      |                  |                     |                  |
| 1. Мягкие, пружинные, длина не менее 150 см;     |                                                                 |        |      |                  |                     |                  |
| 2. Внутренний диаметр не менее 1,8 мм;           |                                                                 |        |      |                  |                     |                  |
| 3. Максимальное давление – 1200 PSI;             |                                                                 |        |      |                  |                     |                  |
| 4. Соединительные элементы Luer lock.            |                                                                 |        |      |                  |                     |                  |
| Итого                                            |                                                                 |        |      |                  |                     |                  |

**Лот №19 Каттеры для постические периферические**

| №            | Наименование           | Модель                | МОКБ | Сопутствующая ЦРБ | Мониторинговая ЦРБ | Борисовская ЦРБ | ИТОГО       |
|--------------|------------------------|-----------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 1.1.         | Каттер для постических | SIM1-5F               | 250  | 30                | 20                 | 10              | 310         |
| 1.2.         | -«-                    | SIM2-5F               | 250  | 10                | 10                 | 5               | 275         |
| 1.3.         | -«-                    | Verbeul - 5F          | 300  | 150               | 60                 | 60              | 570         |
| 1.4.         | -«-                    | HeadHunter - 1 (ПП-1) | 100  | 50                | 20                 | 10              | 180         |
|              |                        |                       | 900  | 240               | 110                | 85              | <b>1335</b> |
| <b>Итого</b> |                        |                       |      |                   |                    |                 |             |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

1. Кончик SoftTip (мягкий и травматичный).

**Лот №20 Направляющие чехлы-интервьюеры для периферических интервьюи**

| №            | Наименование                                                | Модель                                 | МОКБ | Сопутствующая ЦРБ | Мониторинговая ЦРБ | Борисовская ЦРБ | ИТОГО      |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 1.1.         | Направляющие чехлы-интервьюеры для периферических интервьюи | 6F, 40-65 см Кончик типа «HockeyStick» | 10   | 10                | 10                 | 5               | 35         |
| 1.2.         |                                                             | 6F, 40-65 см6F, Кончик прямой          | 50   | 20                | 20                 | 20              | 110        |
| 1.3.         |                                                             | 6F, 90 см Кончик прямой                | 50   | 50                | 30                 | 20              | 150        |
| 1.4.         | -«-                                                         | 7F, 40-65 см Кончик прямой             | 10   | 20                | 0                  | 10              | 40         |
| 1.5.         | -«-                                                         | 7F, 90 см Кончик прямой                | 50   | 50                | 0                  | 20              | 120        |
|              |                                                             |                                        | 170  | 150               | 60                 | 75              | <b>455</b> |
| <b>Итого</b> |                                                             |                                        |      |                   |                    |                 |            |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

1. Должен совмещать функции направляющего каттера и интервьюера.

2. Наличие боковой магистраль и трехходового краника.

| Лот № 21 Проводники диатностические |                                                   |                                  |      |                  |                     |                  |       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|-------|
| №                                   | Наименование                                      | Модель                           | МОКБ | Солнгор-ская ЦРБ | Молодеч-пенская ЦРБ | Борисов-ская ЦРБ | ИТОГО |
| 1.1.                                | Проводники диатностические с тефлоновым покрытием | 0.035", 150-190 см, кончик J-тип | 1000 | 1200             | 1000                | 900              | 4100  |
| 1.2.                                | -«-                                               | 0.035", 260-300 см, кончик J-тип | 100  | 100              | 100                 | 100              | 400   |
| Итого                               |                                                   |                                  | 1100 | 1300             | 1100                | 1000             | 4500  |

| Лот № 22 Проводники диатностические с гидрофобным покрытием |                                                    |                                    |      |                  |                     |                  |       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|------|------------------|---------------------|------------------|-------|
| №                                                           | Наименование                                       | Модель                             | МОКБ | Солнгор-ская ЦРБ | Молодеч-пенская ЦРБ | Борисов-ская ЦРБ | ИТОГО |
| 1.1.                                                        | Проводник диатностический с гидрофобным покрытием. | 0.035", 150-190 см, кончик угловой | 3000 | 1000             | 500                 | 500              | 5000  |
| 1.2.                                                        | -«-                                                | 0.035", 260-300 см, кончик угловой | 100  | 200              | 100                 | 100              | 500   |
| Итого                                                       |                                                    |                                    | 3100 | 1200             | 600                 | 600              | 5500  |

Лот № 23 Катетеры баллонные периферические

| №      | Наименование                     | Модель | МОКБ | Соплор-<br>ексы ЦРБ | Модель-<br>нечка<br>ЦРБ | Борисон-<br>ексы ЦРБ | Итого |
|--------|----------------------------------|--------|------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------|
| 1.1.   | Катетер баллонный периферический | 5,0х40 |      |                     |                         |                      |       |
| 1.2.   |                                  | 5,0х60 |      |                     |                         |                      |       |
| 1.3.   | -«-                              | 6,0х40 |      |                     |                         |                      |       |
| 1.4.   | -«-                              | 6,0х60 |      |                     |                         |                      |       |
| Итого* |                                  |        | 100  | 20                  | 20                      | 20                   | 160   |

\* Общее количество. Количество по каждому пункту уточ-  
нить у заказчика при поставке.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

1. Изучивший баллонный катетер типа OTW.
2. Номинальное давление не менее 7атм., давление разрыва – не менее 14атм.
3. Совместимость с интродюсером не более 7V.

| Дот № 24 Баллоны периферические для пластики артерий голени с медикamentозным покрытием                                                                                            |                                                                                |              |      |                      |                        |                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------|------------------------|----------------------|-------|
| №                                                                                                                                                                                  | Наименование                                                                   | Модель       | МОКБ | Солнгор-<br>ская ЦРБ | Молодеч-<br>енская ЦРБ | Борисов-<br>ская ЦРБ | ИТОГО |
| 1.1.                                                                                                                                                                               | Баллоны периферические для пластики артерий голени с медикamentозным покрытием | 2,0 x 150 мм | 5    | 5                    | 5                      | 5                    | 20    |
| 1.2.                                                                                                                                                                               | Баллоны периферические для пластики артерий голени с медикamentозным покрытием | 2,0 x 200 мм | 5    | 5                    | 5                      | 5                    | 20    |
| 1.3.                                                                                                                                                                               | Баллоны периферические для пластики артерий голени с медикamentозным покрытием | 2,5 x 150 мм | 5    | 5                    | 5                      | 5                    | 20    |
| 1.4.                                                                                                                                                                               | Баллоны периферические для пластики артерий голени с медикamentозным покрытием | 2,5 x 200 мм | 5    | 5                    | 5                      | 5                    | 20    |
| 1.5.                                                                                                                                                                               | Баллоны периферические для пластики артерий голени с медикamentозным покрытием | 3,0 x 100 мм | 5    | 5                    | 5                      | 5                    | 20    |
| 1.6.                                                                                                                                                                               | Баллоны периферические для пластики артерий голени с медикamentозным покрытием | 3,0 x 120 мм | 5    | 5                    | 5                      | 5                    | 20    |
| Итого                                                                                                                                                                              |                                                                                |              | 30   | 30                   | 30                     | 30                   | 120   |
| 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: |                                                                                |              |      |                      |                        |                      |       |
| 1. Наличие медикamentозного покрытия баллона.                                                                                                                                      |                                                                                |              |      |                      |                        |                      |       |
| 2. Совместимость с пролонгиком 0,014"                                                                                                                                              |                                                                                |              |      |                      |                        |                      |       |
| 3. Длина шфта не менее 150 см.                                                                                                                                                     |                                                                                |              |      |                      |                        |                      |       |

| Лот № 25 Стеллы периферические баллононаполняемые                                                                                                                                  |                                          |           |      |                 |                    |                     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------|-----------------|--------------------|---------------------|-------|
| №                                                                                                                                                                                  | Наименование                             | Модель    | МОКБ | Сотворенная ЦРБ | Мониторинговая ЦРБ | Восстановленная ЦРБ | ИТОГО |
| 1.1.                                                                                                                                                                               | Стеллы периферические баллононаполняемые | 8.0 x 37  | 5    | 2               | 0                  | 2                   | 9     |
| 1.2.                                                                                                                                                                               | Стеллы периферические баллононаполняемые | 8.0 x 57  | 5    | 2               | 0                  | 2                   | 9     |
| 1.3.                                                                                                                                                                               | Стеллы периферические баллононаполняемые | 9.0 x 37  | 5    | 2               | 0                  | 2                   | 9     |
| 1.4.                                                                                                                                                                               | Стеллы периферические баллононаполняемые | 9.0 x 57  | 5    | 2               | 0                  | 2                   | 9     |
| 1.5.                                                                                                                                                                               | Стеллы периферические баллононаполняемые | 10.0 x 37 | 5    | 2               | 0                  | 2                   | 9     |
| 1.6.                                                                                                                                                                               | Стеллы периферические баллононаполняемые | 10.0 x 57 | 30   | 12              | 0                  | 12                  | 54    |
| Итого                                                                                                                                                                              |                                          |           |      |                 |                    |                     |       |
| 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: |                                          |           |      |                 |                    |                     |       |
| 1. Соместимость, с пропускной способностью 0,035, с инвертором 6П.                                                                                                                 |                                          |           |      |                 |                    |                     |       |
| 2. Номинальное давление не менее 11 атм.                                                                                                                                           |                                          |           |      |                 |                    |                     |       |
| 3. Длина шфта не менее 140 см.                                                                                                                                                     |                                          |           |      |                 |                    |                     |       |
| 4. Допускается отклонение по длине стелла ± 2 мм.                                                                                                                                  |                                          |           |      |                 |                    |                     |       |

**Лот № 26 Стеллы периферические саморасширяющиеся**

| №             | Наименование                                | Модель  | МОСК       | Солнор-<br>ская ЦРБ | Молодец-<br>пенская ЦРБ | Борисов-<br>ская ЦРБ | ИТОГО      |
|---------------|---------------------------------------------|---------|------------|---------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| 1.1.          | Стелл периферический саморасширяю-<br>щийся | 6,0х60  |            |                     |                         |                      |            |
| 1.2.          | Стелл периферический саморасширя-<br>ющийся | 6,0х80  |            |                     |                         |                      |            |
| 1.3.          | Стелл периферический саморасширя-<br>ющийся | 8,0х60  |            |                     |                         |                      |            |
| 1.4.          | Стелл периферический саморасширя-<br>ющийся | 8,0х80  |            |                     |                         |                      |            |
| 1.5.          | Стелл периферический саморасширя-<br>ющийся | 9,0х40  |            |                     |                         |                      |            |
| 1.6.          | Стелл периферический саморасширя-<br>ющийся | 9,0х60  |            |                     |                         |                      |            |
| 1.7.          | Стелл периферический саморасширя-<br>ющийся | 9,0х80  |            |                     |                         |                      |            |
| 1.8.          | Стелл периферический саморасширя-<br>ющийся | 10,0х40 |            |                     |                         |                      |            |
| 1.9.          | Стелл периферический саморасширя-<br>ющийся | 10,0х60 |            |                     |                         |                      |            |
| 1.10.         | Стелл периферический саморасширя-<br>ющийся | 10,0х80 |            |                     |                         |                      |            |
| <b>Итого*</b> |                                             |         | <b>100</b> | <b>20</b>           | <b>20</b>               | <b>20</b>            | <b>160</b> |

\*Общее количество, Количество по каждому пункту уточ-  
нить у заказчика при поставке.

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
  - Материал стелла – нитинол.
  - Система раскрытия стелла с механизмом точного позиционирования, укорочение при раскрытии не более 5%
  - Совместимость с проволокником 0.035 коймол. Рабочая длина шфта не менее 120 см.

**Лот № 27 Покрывте прозрачное защитное на детектор**

| №                                                                                                                                                                                  | Наименование                                          | Модель | МОКБ  | Солнцор-<br>екая ЦРБ | Молодеч-<br>ненская ЦРБ | Борисов-<br>ская ЦРБ | ИТОГО       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| 1.2.                                                                                                                                                                               | Покрывте прозрачное защитное на детек-<br>тор круглое | -      | 30000 | 1000                 | 1000                    | 1500                 | <b>6500</b> |
| 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: |                                                       |        |       |                      |                         |                      |             |
| 1. Выпущено из пленочного прозрачного материала, с резинкой для фиксации на детекторе.                                                                                             |                                                       |        |       |                      |                         |                      |             |
| 2. Размер 100см x 110см.                                                                                                                                                           |                                                       |        |       |                      |                         |                      |             |
| 3. Одноразовый, стерильный.                                                                                                                                                        |                                                       |        |       |                      |                         |                      |             |

| Лот № 28 Спираль эмболизирующие отделимые для периферической эмболизации |                                            |              |      |                   |                        |                 |       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------|-------------------|------------------------|-----------------|-------|
| №                                                                        | Наименование                               | Модель       | МОКБ | Сопутствующая ЦРБ | Модуль-исполнители ЦРБ | Берисовская ЦРБ | ИТОГО |
| 1.1.                                                                     | Спираль эмболизирующие отделимые 0.018",   | 3мм x 6 см   | 10   |                   |                        |                 | 10    |
| 1.2.                                                                     | Спираль эмболизирующие отделимые 0.018",   | 4мм x 8см    | 10   |                   |                        |                 | 10    |
| 1.3.                                                                     | Спираль эмболизирующие отделимые 0.018",   | 4мм x15см    | 10   |                   |                        |                 | 10    |
| 1.4.                                                                     | Спираль эмболизирующие отделимые 0.018",   | 5мм x 8см    | 10   |                   |                        |                 | 10    |
| 1.5.                                                                     | Спираль эмболизирующие отделимые 0.018",   | 5мм x 15см   | 10   | 3                 | 3                      | 3               | 16    |
| 1.6.                                                                     | Спираль эмболизирующие отделимые 0.018",   | 6мм x 10 см  | 10   | 3                 | 3                      | 3               | 16    |
| 1.7.                                                                     | Спираль эмболизирующие отделимые 0.018",   | 6мм x 20 см  | 10   | 3                 | 3                      | 3               | 16    |
| 1.8.                                                                     | Спираль эмболизирующие отделимые 0.018",   | 8мм x 20 см  | 10   | 3                 | 3                      | 3               | 16    |
| 1.9.                                                                     | Спираль эмболизирующие отделимые 0.018",   | 10мм x 20 см | 10   | 2                 | 2                      | 2               | 14    |
| 1.10.                                                                    | Спираль эмболизирующие отделимые 0.018",   | 10мм x 30 см | 10   | 2                 | 2                      | 2               | 14    |
| 1.11.                                                                    | Спираль эмболизирующие отделимые 0.018",   | 12мм x 20 см | 10   | 2                 | 2                      | 2               | 14    |
| 1.12.                                                                    | Спираль эмболизирующие отделимые 0.018",   | 12мм x 30 см | 10   | 2                 | 2                      | 2               | 14    |
| 1.13.                                                                    | Микрокатетер для доставки 0.018" спиральей |              | 40   | 15                | 15                     | 15              | 70    |
| Итого                                                                    |                                            |              | 160  | 35                | 35                     | 35              | 265   |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

1. Материал спиралей – сплав платины.

2. Спираль должна иметь дополнительное покрытие и/или элементы, для увеличения поверхности и ускорения тромбообразования.

3. Допускается отклонение по длине + 2 см.

4. Микрокатетер совместим с 0.018 спиралью.

| Лот № 29 Комплект расходных материалов для инжектора контраста Acist CVI                                                                                                           |                                                                        |        |      |                     |                      |                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------|----------------------|----------------------|-------|
| №                                                                                                                                                                                  | Наименование                                                           | Модель | МОКБ | Соплор-<br>ская ЦРБ | Многодеч-<br>ная ЦРБ | Борисов-<br>ская ЦРБ | ИТОГО |
| 1.1.                                                                                                                                                                               | Колба для контраста многорезонан                                       |        | 100  | 300                 | 100                  | 200                  | 700   |
| 1.2.                                                                                                                                                                               | Набор датчика инвазивного давления                                     |        | 500  | 1500                | 500                  | 1000                 | 3 500 |
| 1.3.                                                                                                                                                                               | Устройство управления подачей контраста и<br>физиологического раствора |        | 500  | 1500                | 500                  | 1000                 | 3 500 |
| Итого                                                                                                                                                                              |                                                                        |        | 1100 | 3300                | 1100                 | 2200                 | 7 700 |
| 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: |                                                                        |        |      |                     |                      |                      |       |
| 1. Совместимость с автоматическим инжектором Acist CVI.                                                                                                                            |                                                                        |        |      |                     |                      |                      |       |

| Лот № 30 Наборы для проведения временной ЭКГ                                                                                                                                       |                                     |        |      |                     |                          |                      |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------|---------------------|--------------------------|----------------------|-------|
| №                                                                                                                                                                                  | Наименование                        | Модель | МОКБ | Солнеч-<br>ская ЦРБ | Молодеч-<br>нская<br>ЦРБ | Борисов-<br>ская ЦРБ | ИТОГО |
| 1.1.                                                                                                                                                                               | Наборы для проведения временной ЭКГ |        | 250  | 100                 | 50                       | 50                   | 450   |
| 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: |                                     |        |      |                     |                          |                      |       |
| 1. Совместимый с интерфасером не менее 5F.                                                                                                                                         |                                     |        |      |                     |                          |                      |       |
| 2. Батарея аккумуляции.                                                                                                                                                            |                                     |        |      |                     |                          |                      |       |
| 3. Наличие ЭКГ адаптера в комплекте.                                                                                                                                               |                                     |        |      |                     |                          |                      |       |

| Лот №31 Удлиняющий катетер для стентирования при сложной анатомии коронарных артерий |                                                                              |        |      |                  |                     |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------|---------------------|------------------|
| №                                                                                    | Наименование                                                                 | Модель | МОКБ | Солнцор-ская ЦРБ | Молодеч-ненская ЦРБ | Борисов-ская ЦРБ |
| 1.                                                                                   | Удлиняющий катетер для стентирования при сложной анатомии коронарных артерий | 150 см | 10   | 10               | 10                  | 5                |
| Итого                                                                                |                                                                              |        |      |                  |                     | 25               |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 1.1. внутренний диаметр не менее 0,057 дюйма;
- 1.2. наличие проксимального и дистального маркера;
- 1.3. наличие гидрфильного покрытия для лучшего прохождения через сложные, извитые сосуды;
- 1.4. совместимость с направляющим катетером 6F;
- 1.5. дистальный направляющий сегмент 25 (±5) см;
- 1.6. наружный диаметр дистального конца не более 1,65 мм.

| Лот № 32 Проводник с датчиком давления для FFR исследований |                                                    |        |      |                  |                     |                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|------|------------------|---------------------|------------------|
| №                                                           | Наименование                                       | Модель | МОКБ | Солнцор-ская ЦРБ | Молодеч-ненская ЦРБ | Борисов-ская ЦРБ |
| 1.1                                                         | Проводник с датчиком давления для FFR исследований | -      | 10   | 0                | 0                   | 0                |
| Итого                                                       |                                                    |        |      |                  |                     | 10               |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 1.1. прямой кончик.
2. Длина – не менее 185 см
3. Полная совместимость с системой ультразвуковой визуализации IntraSight (Philips)

**Лот № 33 Кассетер для внутрисуданных ультразвуковых исследований**

| №   | Наименование                                               | Месяц | МОКБ | Сотпор-<br>екан ЦРБ | Молодеч-<br>ненская<br>ЦРБ | Борисов-<br>ская ЦРБ | ИТОГО |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------|----------------------------|----------------------|-------|
| 1.1 | Кассетер для внутрисуданных<br>ультразвуковых исследований | -     | 50   | 0                   | 0                          | 0                    | 50    |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
  1. Прямой кончик.
  2. Длина — не менее 150 см
  3. Гидрофильное покрытие — не менее 24 см от кончика кассетера
  4. Полная совместимость с системой ультразвуковой визуализации IntraSight (Philips)

**Лот №34 Микрокатетер DMSO-совместимый**

| №                                                                                                                                                                                     | Наименование | Ед.изм. | МОНБ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|
| 1. Микрокатетер DMSO-совместимый                                                                                                                                                      |              | Шт.     | 20   |
| 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформулированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь, «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: |              |         |      |
| 2.1. Профиль дистального кончика не менее 1.6 F                                                                                                                                       |              |         |      |
| 2.2. Профиль проксимальной части не более 2.7 F                                                                                                                                       |              |         |      |
| 2.3. Длина микрокатетера обшив не менее 150 см                                                                                                                                        |              |         |      |
| 2.4. Совместимость с проводником 0.014"                                                                                                                                               |              |         |      |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).  
 Согласно аукционным документам организатора.