

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) кавитационного ультразвукового хирургического аппарата

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Количество
1.	Кавитационный ультразвуковой хирургический аппарат в составе:	комплект	1
1.1	Блок управления	шт.	1
1.2	Педаль	шт.	1
1.3.	Шнур питания	шт.	1
1.4	Стойка передвижная с принадлежностями	шт	1

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Предмет закупки	Показатели(характеристики)
2.1.	Блок управления.	2.1.1. Рабочая частота модулированного высокочастотного напряжения не менее 22 кГц и не более 26 кГц. 2.1.2. Частота модуляции высокочастотного напряжения, подаваемого на акустический узел не менее 60 Гц и не более 90 Гц. 2.1.3. Сквозность модулированного высокочастотного напряжения в различных режимах не менее 1,0 и не более 1,6. 2.1.4. Источник питания: сеть переменного тока с напряжением 220 +/- 10% В, частотой 50,0 +/- 0,5 Гц. 2.1.5. Возможность работы в режиме «ирригация».
2.2.	Педаль	2.2.1. Наличие клавиш для активизации различных режимов работы аппарата. 2.2.2. Проводное соединение с блоком управления.
2.3.	Шнур питания	2.3.1. Длина не менее 3000 мм.
2.4	Стойка передвижная с принадлежностями	2.4.1. Высота не менее 1000 мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно аукционным документам организатора

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

принадлежностей к кавитационному ультразвуковому хирургическому аппарату.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. измерения	Количество
1.1	Ультразвуковой акустический узел с защитным кожухом	Шт.	2
1.2	Переходник адаптер	Шт.	2
1.3	Коннектор	Шт.	200
1.4	Инфузионная система	Шт.	200
1.5	Набор шлангов для аспирации	Шт	2
1.6	Наконечник аспирационный	Шт	2
1.7	Банка для аспирации	Шт	2

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Наименование продукции	Базовые параметры
2.1	Ультразвуковой акустический узел с защитным кожухом	2.1.1. Диаметр дистальной рабочей части не менее 7 мм. 2.1.2. Возможность обработки гнойных ран на глубине не менее 150 мм. 2.1.3. Работа в режиме «ирригация».
2.2	Переходник адаптер	2.2.1. Должен обеспечивать подключение акустического узла к инфузионной системе. 2.2.2. Длина не менее 45мм.
2.3	Коннектор	2.3.1. Должен содержать в себе систему с возвратным клапаном. 2.3.2. Должен поставляться в стерильном виде.
2.4.	Инфузионная система	2.4.1. Должна обеспечивать подачу раствора в акустический узел. 2.4.2. Должна быть совместима с клапаном ирригации блока управления. 2.4.3. Должна быть оснащена роликовым регулятором тока жидкости. 2.4.4. Заборная игла должна обладать возможностью прокола емкости с раствором. 2.4.5. Разъем инфузионной системы должен подключаться к коннектору с возвратным клапаном. 2.4.6. Должна поставляться в стерильном виде.

2.5	Набор шлангов для аспирации	2.5.1.Диаметр 6 мм, 2.5.2.Длина не менее 900 мм и не менее 2 000 мм
2.6	Наконечник аспирационный	2.6.1.Хирургический 2.6.2.Без фиксатора
2.7	Банка для аспирации	2.7.1. С крышкой 2.7.2.Пластковая 2.7.3.Автоклавируемая

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности (стерильности) на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленного изготовителем.

3.2. Принадлежности к кавитационному ультразвуковому хирургическому аппарату должны подлежать стерилизации паровым методом (134*, 5 мин), за исключением тех, что поставляются в стерильном виде.