

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) моечно-дезинфекционной машины для суден

1. Состав (комплектация) одного комплекта медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1.1	Моюще-дезинфекционная машина для суден	шт.	1
1.2	Вставка-держатель для позиционирования суден и мочеприемников в моечной камере, обеспечивающий возможность загрузки более чем одного предмета за один цикл мойки.	шт.	1
1.3	Жидкое концентрирующее моющее средство	литр	40

2. Показатели (характеристики):

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.1	Моечно-дезинфекционная машина для суден:	
2.1.1	Габариты	в пределах: ширина – 500 -700 мм, глубина – 400-600 мм.
2.1.2	Входное напряжение для инсталляции	380 Вольт.
2.1.3	Потребляемая мощность	не более 4 кВт.
2.1.4	Монтаж на полу.	
2.1.5	Должна иметь откидывающуюся вперед дверь для фронтальной загрузки.	
2.1.6	Блокировка двери во время процесса мойки.	
2.1.7	Двери с теплоизоляцией.	
2.1.8	Дезинфекция паром, с электронным автоматическим контролем.	
2.1.9	Наличие на передней панели машины кнопок для выбора и запуска программы локтем.	
2.1.10	Автоматическое закрытие двери камеры, управляемой от ножной педали и/или оптического датчика на панели управления. *	
2.1.11	Подключение к холодной и горячей воде. *	
2.1.12	Подключение к канализации диаметром 110 мм. *	
2.1.13	Микропроцессорное управление, короткий цикл мойки и дезинфекции - не более 3 минут (общая длительность программы в пределах 10-15 минут), не менее 4-х программ мойки/дезинфекции. Наличие программы самодезинфекции. *	

Пункты, отмеченные звездой (*) обязательны. Несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

3.1. Согласно документам организатора.