

БелМТ №682/26

лот 1

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Машина моечно-дезинфекционная для гибких эндоскопов с 2-мя изолированными баками	шт	1
		л	30
1.2.	Дезинфицирующее средство (стерилант), 5л		
1.3.	Дезинфицирующее средство (энзимное), 5л	л	30
1.4.	Индикаторные тест-полоски	шт	1000

2. Показатели (характеристики):

2.1. Машина моечно-дезинфекционная для гибких эндоскопов предназначена для мойки, дезинфекции (ДВУ) и стерилизации 2-х и более гибких эндоскопов одновременно.

2.1.1.* Два бака для многоразовых дезинфицирующих средств, дают возможность обработки в одном аппарате разных по виду исследований гибких эндоскопов (например: бронхоскопы и гастроскопы).

2.1.2. Наличие ультрафиолетовой лампы для дополнительного обеззараживания воды.

2.1.3. Наличие функции подогрева дезинфектант для более тщательной очистки поверхностей эндоскопа.

2.1.4. Ополаскивание и сушка эндоскопов в одном цикле.

- 2.1.6. Индикаторная лампа, сигнализирующая о необходимости замены дезинфицирующего раствора
- 2.1.7. Встроенная проверка эндоскопов на герметичность, как автоматическая система соблюдения требований к проведению противоэпидемических мероприятий.
- 2.1.8. Автоматическая система фильтрации воздуха и воды
- 2.1.9. Автоматическая система самодезинфекции.
- 2.1.10. Возможность обрабатывать эндоскопы следующих производителей: Olympus, Fujinon, Pentax.
- 2.2. Наличие информационной панели, панели управления.
- 2.3. Документирование процесса обработки, фиксации даты и времени при помощи встроенного принтера.
- 2.4. Инструкция по эксплуатации на русском языке.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора.

*Примечание: пункты, помеченные *, обязательны к исполнению.*

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. измерения	Кол-во
1.1	Моечно-дезинфекционная машина для гибких эндоскопов	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг):

№	Наименование характеристики	Базовые параметры	Примечание
2.1	Автоматическая очистка и дезинфекция высокого уровня гибких фибро/видео эндоскопов всех типов (гастро/колоно/бронхо) различных производителей, в том числе Olympus, Pentax, Fujifilm, Sonoscape, Aohuo	Наличие	
2.2	Полностью автоматизированная обработка эндоскопов	Наличие	
2.3	Количество обрабатываемых гибких эндоскопов одновременно, не менее 2	Наличие	*
2.4	Встроенная система рециркуляции дезинфектанта	Наличие	
2.5	Программирование временных параметров циклов обработки	Наличие	
2.6	Функция тестирования эндоскопов на герметичность с продувкой всех каналов воздухом	Наличие	
2.7	Функция орошения каналов эндоскопа спиртом с последующей сушкой	Наличие	
2.8	Работа при температуре воды, моющих и дезинфицирующих средств, не требующих дополнительного подогрева	Наличие	
2.9	Технология принудительной очистки эндоскопов	Наличие	
2.10	Программа автоматической самоочистки, включающая дезинфекцию внутренних его каналов, для исключения риска перекрестной контаминации	Наличие	

2.11	Набор коннекторов и переходников для подключения и обработки гибких эндоскопов различных производителей, в том числе Olympus, Pentax, Fujifilm, Sonoscape, Aohuo	Наличие	
2.12	Возможность использования различных моющих и дезинфицирующих препаратов, разрешенных к применению в РБ и рекомендованных производителем моечно-дезинфекционной машины для обработки эндоскопов	Наличие	
2.13	Возможность автоматического приготовления моющего средства необходимой концентрации из концентрата	Наличие	
2.14	Система предварительной подготовки воды	Наличие	
2.15	Система обеззараживания входящей воды	Наличие	
2.16	Система фильтрации воды	Наличие	
2.17	Напряжение питания для инсталляции – 220 Вольт	Наличие	
2.18	Крышка камеры для укладки эндоскопов, обеспечивающая закрытый контур для исключения риска испарения дезсредства в воздушную среду моечной комнаты	Наличие	
2.19	Резервуар для раствора дезинфицирующего средства, подаваемого в рабочую камеру	Наличие	
2.20	Резервуар для спирта	Наличие	
2.21	Встроенный принтер для распечатки и документирования цикла обработки эндоскопов	Наличие	

Примечание: *П. 2.3 автоматическая одновременная обработка двух гибких эндоскопов позволяет оптимизировать процесс обработки, сократить время, а также уменьшить требуемое количество дезинфектанта.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: согласно аукционным документам организатора.

4. Требования обучении персонала и иная информация

5.1. Обучение трех сестер работе с поставляемым оборудованием сроком не менее 3-х рабочих дней (подтверждается обязательством).