

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) масок медицинских**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| №   | Наименование             | Ед. изм. | Количество |
|-----|--------------------------|----------|------------|
| 1.1 | Маска медицинская II тип | штука    | 1 605 300  |

**2. Показатели (характеристики):**

- 2.1 Маска предназначена для использования медицинским персоналом в медицинских помещениях общего профиля;
- 2.2 Эффективность бактериальной фильтрации - не менее 98%;
- 2.3 \* Воздухопроницаемость (дифференциальное давление) - не более 29,4 Па/см<sup>2</sup>;
- 2.4 Микробиологическая чистота (бионагрузка) - не более 30 КОЕ/г;
- 2.5 Маска изготавливается из нетканого материала, не менее трех слоев;
- 2.6 Поверхностная плотность всех слоев маски - не менее 50г/м<sup>2</sup>;
- 2.7 Наличие фильтрующего слоя;
- 2.8 Маски должны иметь средства фиксации - завязки или эластичные петли;
- 2.9 В верхней части маски должен быть расположен носовой фиксатор для обеспечения плотного прилегания маски к лицу в области переносицы.

Примечание: предложение, не соответствующее пунктам технических требований отмеченных «\*» (звездочкой), подлежит отклонению.

**3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):**

- 3.1 Согласно аукционным документам