

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Контейнеров одноразовых для сбора и хранения острых медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Объем (внутренний), литр	Единица измерения	Количество
1.	Контейнер одноразовый для сбора и хранения острых медицинских изделий	0,8 – 1,3	штука	2664
1.1	Контейнер одноразовый для сбора и хранения острых медицинских изделий <i>(только для субъектов малого и среднего предпринимательства, предлагающих товары собственного производства)</i>	0,8 – 1,3	штука	360
2.	Контейнер одноразовый для сбора и хранения острых медицинских изделий	2,3 – 3,7	штука	5400
2.1	Контейнер одноразовый для сбора и хранения острых медицинских изделий <i>(только для субъектов малого и среднего предпринимательства, предлагающих товары собственного производства)</i>	2,3 – 3,7	штука	600
Всего:			штука	9 024

2. Показатели (характеристики):

2.1. Материал изготовления: полипропилен не прокалываемый, герметичный, влагостойкий;

2.2. Наличие двойной крышки-заглушки, одной стороной закреплена на основной крышке, фиксируется в двух положениях: «временно закрыта» и «окончательно закрыта», после окончательного закрытия не должна самопроизвольно вскрываться.

2.3. Наличие рельефных отверстий в основной крышке контейнера для бесконтактного снятия иглы со шприца, лезвия со скальпеля, наличие дополнительно широкого отверстия для сбора шприцев с несъемной иглой и скальпелей.

2.4. Наличие предупредительных надписей на контейнере.

2.5. Емкость должна обеспечивать герметизацию отходов, возможность обеззараживания отходов химическим способом (не протекать).

2.6.* Для пункта 1 и 1.1 состава: внутренняя высота контейнера не менее 14 см.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

*Примечание: пункты задания на закупку, помеченные знаком * являются принципиальными и при несоответствии по данному пункту предложение должно быть отклонено.*

Разработчик:

Главная медицинская сестра



Е.Н.Семижён