

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Дозаторы переменного объема (механические) (6 комплектов)

1. Состав (комплектация) предмета государственной закупки:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Кол-во на 1 комплект
1.1.	Дозаторы переменного объема (механические)		
1.1.1	0,1-2 мкл	шт	1
1.1.2.	0,5-10 мкл	шт	1
1.1.3.	1,0-10 мкл	шт	1
1.1.4.	2,0-20 мкл	шт	1
1.1.5.	5,0-50 мкл	шт	1
1.1.6.	10-100 мкл	шт	1
1.1.7.	20-200 мкл	шт	1
1.1.8.	100-1000 мкл	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Одноканальные.

2.2. Переменный объем.

2.3. Наличие свидетельства о поверке сроком не менее 60% от установленного межповерочного интервала.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Ед.изм.	Количество
1	Дозатор одноканальный переменного объёма 100-1000мкл	шт.	10
2	Дозатор одноканальный переменного объёма 20-200мкл	шт.	10
3	Дозатор одноканальный переменного объёма 5-50мкл	шт.	5
4	Дозатор одноканальный фиксированного объёма 1000 мкл	шт.	10
5	Дозатор одноканальный фиксированного объёма 100мкл	шт.	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

1. Дозаторы пипеточные должны быть предназначены для формирования объемов доз биологических жидкостей и жидких реагентов, применяемых при проведении анализа в лабораториях медицинских учреждений.

2. Максимальные габаритные размеры дозаторов, мм (с наконечниками) – 225*80*45

3. Масса дозаторов не более 300 г

4. Дискретность установки дозаторов не более 0.1 мкл

5. Пределы допускаемой систематической составляющей дополнительной относительной погрешности при отклонении температуры окружающего воздуха от 20 град. С составляет 5% на каждые 10 град. С.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционных документов организатора.