

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

УЗ «Брестская городская детская
поликлиника №2»

Н.В.Сопот

« 19 » 07 2026

1. Заявка на закупку: **холодильник-витрина для хранения лекарственных препаратов, иммунобиологических лекарственных препаратов.**

2. Заказчик учреждение здравоохранения «Брестская городская детская поликлиника №2» проводит процедуру государственной закупки медицинских изделий в соответствии с требованиями к медицинским изделиям, предусмотренными в настоящей заявке на закупку медицинских изделий.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	Учреждение здравоохранения «Брестская городская детская поликлиника №2»
Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)	г. Брест ул. Советской Конституции, 8А
Учетный номер плательщика	291659235
Адрес электронной почты	info@bgdp2.by
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	

4. Область применения: предназначен для хранения лекарственных препаратов, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов.

5. Сведения о государственной закупке:

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Холодильник-витрина для хранения лекарственных препаратов, иммунобиологических лекарственных препаратов.
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению 1
Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)	28.25.13.500
Объем (количество)	2 штуки
Ориентировочная стоимость государственной	6300,0 белорусских рублей

закупки по лоту	
Источник финансирования государственной закупки	Городской бюджет
Требования к участникам	В соответствии с требованиями п.2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 «419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (ред. от 17.07.2018)

Технические характеристики (описание)

1. Состав (комплектация):

Наименование	Техническая характеристика	Кол-во
Холодильник - витрина для хранения лекарственных препаратов, иммунобиологических лекарственных препаратов	1.1. Холодильник должен быть фармацевтическим, предназначен для хранения лекарственных препаратов и иммунобиологических лекарственных препаратов; 1.2. Тип управления – электромеханическое. 1.3. Тип: однокамерный холодильник без морозильной камеры. 1.4. Класс энергопотребления - А. 1.5. Общий объем шкафа-витрины – не менее 0,71 м³. 1.6. Полезный объем шкафа-витрины – не менее 0,40 м³ 1.7. Размеры: высота - не менее 1950 см; ширина - не менее 600 см; глубина - 610 см (+- 10 см). 1.8. Количество компрессоров – 1 1.9. Температурный режим: от +2 до +15° С. 1.10. Количество полок – не менее 5. 1.11. В виде напольного шкафа с дверью – стеклоблок; 1.12. С возможностью установки в помещениях с температурой от +10 до +35°С. 1.13. С тонированным стеклом для защиты, хранящихся лекарственных препаратов и иммунобиологических лекарственных препаратов от воздействия инфракрасных лучей.	2 штуки

	1.14. Микропроцессорным регулятором температуры со сверхчувствительным датчиком температуры; 1.15. Системой принудительной циркуляции воздуха; 1.16. Автоматическим поддержанием температуры в камере; 1.17. Сигнализацией при отклонении температуры от заданной; 1.18. Отображением температуры на табло панели управления; 1.19. Отключением вентилятора при открывании двери; 1.20. Пластиковыми контейнерами для препаратов – не более 2 шт.; 1.21. Теплоизоляцией холодильника – пенополиуретан; 1.22. Для обеспечения перемещения холодильника должны быть предусмотрены роликовые опоры; 1.23. Декоративная шторка и кронштейн.	
--	---	--

2. Наличие свидетельства о государственной регистрации субъекта хозяйствования;
3. Наличие сертификата качества на каждую партию поставляемого товара;
4. Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
5. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с даты поставки.
6. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов. Тара, упаковка и маркировка должны отвечать требованиям ГОСТов и обеспечивать сохранность товара в процессе транспортировки и хранения.

Разработчики технических требований:

Главная медицинская сестра

Л.А.Николайчикова

Техник

А.И.Андреюк