

БелМТ №671/26

лот 1

Приложение №1
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Операционный потолочный светильник для оснащения кабинета ангиографии

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1.1	Операционный потолочный светильник для оснащения кабинета ангиографии	шт.	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки.

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Прим.	Кол-во
2.1 Операционный потолочный светильник для оснащения кабинета ангиографии				
2.1.1	Регулировка положения и высоты потолочного подвеса	Должна обеспечивать возможность размещения по обе стороны стола пациента, регулировку по высоте и обеспечение бестеневого освещения обеих подключичных областей пациента		
2.1.2	Максимальная световая интенсивность светильников на расстоянии 1 метр:	Не менее 130 000 люкс		
2.1.3	Температура цвета	В диапазоне 3700 – 4700 К		
2.1.4	Глубина рабочей зоны (столба света)	Не менее 1200 мм для основного и вспомогательного светильника с фокусированным светом		
2.1.5	Диаметр светового поля	Не менее 240 мм		
2.1.6	Источники света	Специальные светодиоды, обеспечивающие работу блоков излучения не менее 40 000 часов		
2.1.7	Режимы работы	Наличие режима низкой освещенности «ENDO»		
2.1.8	Стерилизуемые рукоятки	Не менее 3-4 шт. на каждый купол		

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок на весь комплект оборудования — согласно аукционным документам.

БелМТ №671/26

лот 2

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Операционный потолочный светильник для оснащения кабинета ангиографии

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1.1	Операционный потолочный светильник для оснащения кабинета ангиографии	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки.

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Прим.	Кол-во
2.1 Операционный потолочный светильник для оснащения кабинета ангиографии				
2.1.1	Регулировка положения и высоты потолочного подвеса	Должна обеспечивать возможность размещения по обе стороны стола пациента, регулировку по высоте и обеспечение бестеневого освещения обеих подключичных областей пациента		
2.1.2	Максимальная световая интенсивность светильников на расстоянии 1 метр:	Не менее 130 000 люкс		
2.1.3	Температура цвета	В диапазоне 3700 – 4700 К		
2.1.4	Глубина рабочей зоны (столба света)	Не менее 1200 мм для основного и вспомогательного светильника с фокусированным светом		
2.1.5	Диаметр светового поля	Не менее 240 мм		
2.1.6	Источники света	Специальные светодиоды, обеспечивающие работу блоков излучения не менее 40 000 часов		
2.1.7	Режимы работы	Наличие режима низкой освещенности «ENDO»		
2.1.8	Стерилизуемые рукоятки	Не менее 3-4 шт. на каждый купол		

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Гарантийный срок на весь комплект оборудования — согласно аукционным документам.