

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Система для экспресс-идентификации микроорганизмов (масс-спектрометр с матричной лазерной десорбцией/ионизацией)	Ед.	6
2.	Рабочая станция с установленным программным обеспечением для управления оборудованием и обработки результатов исследований (допускается встроенная)	Ед.	6
3.	Сканер штрих-кодов (допускается встроенный)	Ед.	6
4.	Принтер (допускается встроенный)	Ед.	6
5.	Источник бесперебойного питания	Ед.	6
6.	Стартовый комплект расходных материалов, реагентов и калибраторов для проведения стандартной идентификации микроорганизмов, обеспечивающий выполнение не менее 1000 исследований на каждую поставляемую систему (всего не менее 6000 исследований)	Комплект	6

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1 Система должна обеспечивать идентификацию микроорганизмов методом масс-спектрометрии с матричной лазерной десорбцией/ионизацией;

2.2 Система должна иметь программное обеспечение для автоматической обработки результатов исследований и выдачи результатов идентификации;

2.3 Наличие базы данных клинически значимых микроорганизмов;

2.4 Возможность пополнения (обновления) баз данных клинически значимых микроорганизмов, в онлайн-режиме и создания собственных пользовательских баз данных;

2.5 Система должна обеспечивать проведение исследований с использованием многоразовых планшетов (мишеней) для нанесения образцов;

2.6 Возможность постановки единичных исследований.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора.
