

**Описание потребительских, функциональных, ~~технических~~,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки**

Лот №1 Принадлежности для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000

1. Состав (комплектация) изделий.

№ п/п	Наименование	Кол-во, Шт.
1.	Иглодержатель для удержания шовного материала для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000	5
2.	Кабель биполярного электрокаутера для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000	10
3.	Кабель монополярного электрокаутера для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000	10
4.	Адаптер для эндоскопа для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000	4
5.	Адаптер для троакара для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000	12
6.	Одноразовый чехол для роботизированных манипуляторов стерильный для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000	600
7.	Инструмент для аварийной разблокировки для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000	2
8.	Эндоскоп с углом скоса 30 градусов с встроенной функцией флуоресцентной визуализации для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000	1
9.	Контейнер для стерилизации эндоскопов для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000	1
10.	Световод для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000	4
11.	Приспособление для калибровки эндоскопов для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000	1
12.	Чехол для наконечника ножниц, одноразовый для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000	200
13.	Троакар оптический одноразовый	300

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Иглодержатель для удержания шовного материала для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000:
 - 2.1.1. Максимальный угол раскрытия браншей не менее 30°;
 - 2.1.2. Максимальная рабочая длина shaft инструмента 570-590 мм;
 - 2.1.3. Диаметр shaft и концевого эффектора 8-10 мм;
 - 2.1.4. Для шовного материала толщиной 3-0 и 4-0.
- 2.2. Кабель биполярного электрокаутера должен подходить для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000;
- 2.3. Кабель монополярного электрокаутера должен подходить для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000;

- 2.4. Адаптер для эндоскопа для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000:
 - 2.4.1. Изготовлен из материала, выдерживающего многократные циклы стерилизации, многоразового использования;
- 2.5. Адаптер для троакара для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000:
 - 2.5.1. Изготовлен из материала, выдерживающего многократные циклы стерилизации, многоразового использования;
- 2.6. Одноразовый чехол для роботизированных манипуляторов для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000 должен поставляться в стерильном виде;
- 2.7. Инструмент для аварийной разблокировки для роботизированных манипуляторов стерильный для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000:
 - 2.7.1. Инструмент предназначен для аварийной разблокировки роботических манипуляторов и безопасного извлечения инструментов;
- 2.8. Эндоскоп с углом скоса 30 градусов с встроенной функцией флуоресцентной визуализации для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000:
 - 2.8.1. Эндоскоп с углом скоса 30 градусов объединен в одно устройство со стереоскопической видеокамерой, кабелем и световодом;
 - 2.8.2. Диаметр 10 мм;
 - 2.8.3. Независимые оптические каналы для обеспечения трехмерного изображения;
- 2.9. Контейнер для стерилизации для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000 должен быть предназначен для стерилизации эндоскопа;
- 2.10. Световод для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000:
 - 2.10.1. Должен быть совместим скупаемыми эндоскопами;
- 2.11. Приспособление для калибровки эндоскопов должно быть совместимо скупаемыми эндоскопами и системой эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000;
- 2.12. Чехол для наконечника ножниц, одноразовый для системы эндоскопической хирургической Toumai™, модель MT-1000 должен поставляться в стерильном виде;
- 2.13. Троакар оптический одноразовый:
 - 2.13.1. Диаметр не менее 12 мм, длина не менее 150 мм;
 - 2.13.2. Троакар состоит из рентгенпрозрачной канюли и obturator с каналом для введения камеры, оптически прозрачным наконечником и пластиковыми билатеральными сепараторами;
 - 2.13.3. Канюля низкопрофильная;
 - 2.13.4. Канюля разборная для обеспечения извлечения через нее резецированных тканей;
 - 2.13.5. Стерильный.
3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара.
Согласно аукционным документам организатора (заказчика).