

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий
медицинского назначения**

ЛОТ 1 . Эндоскопический пакет с фиксирующей петлёй для извлечения препарата с системой доставки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
1	Эндоскопический пакет с фиксирующей петлёй для извлечения препарата с системой доставки в составе: - Одноразовый инструмент для доставки пакета через троакар - Мешок с фиксирующей петлёй	шт	50
2	Эндоскопический пакет с фиксирующей петлёй для извлечения препарата с системой доставки в составе: - Одноразовый инструмент для доставки пакета через троакар - Мешок с фиксирующей петлёй	шт	120

2. Технические требования:

2.1.1. Одноразовый инструмент диаметром штока от 9 до 16 мм,

2.1.2. Мешок с фиксирующей петлёй объемом от 1000 мл.

2.1.3 Стерильность упаковки

2.2.1 Одноразовый инструмент диаметром от 9 до 11 мм

2.2.2. Мешок с фиксирующей петлёй объемом от 150 до 300 мл.

2.1.3 Стерильность упаковки

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

ЛОТ-2: Эндоскопический пакет для извлечения препарата с системой доставки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм.</i>	<i>Количество</i>
1	Эндоскопический пакет для извлечения препарата с системой доставки	шт ✓	50

2. Технические требования:

- 2.1 Одноразовый инструмент диаметром от 9 до 11 мм,
- 2.2 Мешок для препарата объемом от 150 до 300 мл.
- 2.3 Длина штока от 28 до 30 см.
- 2.4. Нож в составе аппарата, автоматическое раскрытие мешка при выходе из проводника.
- 2.5 Стерильность упаковки

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.