

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

N п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Контейнер для крови и инфузионных растворов для метода экстракорпорального фотофереза, совместимый с прибором MacoGenic G2, стерильный	80

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

2.1 Контейнер должен быть предназначен для облучения в UVA диапазоне и совместим с аппаратом MacoGenic G2.

2.2 Размеры контейнера не должны превышать 446 мм в длину и 230 мм в ширину.

2.3 Контейнер должен иметь порт для инъекции, совместимый с иглой размером от 23G до 18G.

2.4 Контейнер должен вмещать объем не менее 300 мл.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.