

**Технические характеристики (описание) консоли настенной на 4 газа
(кислород, сжатый воздух, вакуум, закись азота)**

1. Состав расходных материалов:

№ п/п	Наименование предмета закупки	Количество
1	Консоль настенная медицинская на 4 газа (кислород, сжатый воздух, вакуум, закись азота)	1 шт.

2. Технические требования:

- 2.1. В составе консоли должна быть розетка отвода отработанной закиси азота;
- 2.2. В составе консоли должны быть 8 электророзеток;
- 2.3. В составе консоли должны быть 8 клемм выравнивания потенциалов;
- 2.4. В составе консоли должны быть 2 штуки RJ45;
- 2.5. В составе консоли должен быть увлажнитель кислорода;
- 2.6. В составе консоли должна быть Э1ф;
- 2.7. Мощность консоли 3,0 кВт.

3. Требования, предъявляемые к сроку годности (стерильности) товара:
согласно документации к процедуре государственной закупки.

Разработчики технических требований:

Врач-рентгенолог
(заведующий отделением)
рентгеновского отделения

 А.А. Кунцевич

Врач-рентгенолог кабинета компьютерной
томографии рентгеновского отделения

 Е.В. Селицкая

Врач-рентгенолог кабинета компьютерной
томографии рентгеновского отделения

 С.Н. Якубовский