

УНИФИЦИРОВАННОЕ (ТИПОВОЕ) ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ
фильтров для стерилизационных коробок

Лот №1

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Фильтр для коробок стерилизационных, производства ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения»
Описание состава, потребительских, функциональных, технических и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению к лоту №1.

Приложение к лоту №1:

Наименование	Параметры	Кол-во, компл.
Фильтр для коробок стерилизационных КСКФ-3, производства ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения»	1. Должен быть изготовлен из фильтродиагонали. 2. Диаметр фильтра – не более 118 мм. 3. Фильтры должны поставляться в комплекте (в одном комплекте 2 фильтра)	1222
Фильтр для коробок стерилизационных КСКФ-6, производства ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения»	1. Должен быть изготовлен из фильтродиагонали. 2. Диаметр фильтра – не более 143 мм. 3. Фильтры должны поставляться в комплекте (в одном комплекте 2 фильтра)	1700
Фильтр для коробок стерилизационных КСКФ-9, производства ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения»	1. Должен быть изготовлен из фильтродиагонали. 2. Диаметр фильтра – не более 163 мм. 3. Фильтры должны поставляться в комплекте (в одном комплекте 2 фильтра)	2267

Фильтр для коробок стерилизационных КСКФ-12, КСКФ-18, производства ОАО «Гродненский завод торгового машиностроения»	1. Должен быть изготовлен из фильтродиагонали. 2. Диаметр фильтра – не более 183 мм. 3. Фильтры должны поставляться в комплекте (в одном комплекте 2 фильтра)	7835
---	---	------

Лот №2

Предмет государственной закупки (наименование товара)	Фильтр для коробок стерилизационных, производства ЗАО «Завод Белмединструменты»
Описание состава, потребительских, функциональных, технических и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению к лоту №2.

Приложение к лоту №2:

Наименование	Параметры	Кол-во, компл.
Фильтр для коробок стерилизационных КСКФ-3, производства ЗАО «Завод Белмединструменты»	1. Должен быть изготовлен из фильтродиагонали. 2. Диаметр фильтра – 115 мм. 3. Фильтры должны поставляться в комплекте (в одном комплекте 2 фильтра)	189
Фильтр для коробок стерилизационных круглых КСКФ-6, КСКФ-9, КСКФ-12, КСКФ-18, производства ЗАО «Завод Белмединструменты»	1. Должен быть изготовлен из фильтродиагонали. 2. Диаметр фильтра – 175 мм. 3. Фильтры должны поставляться в комплекте (в одном комплекте 2 фильтра)	339