

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий - 1 ед:

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.1	Офтальмоскоп прямой с автономным питанием	Компл.	1
1.2	Зарядное устройство для перезаряжаемой рукоятки	Шт.	1
1.3	Кейс для хранения и транспортировки в комплекте поставки	Шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Требуемые параметры	Примечание
2.1	Голова офтальмоскопа съёмная с аккумуляторной рукояткой	Наличие
2.2	Аккумуляторная рукоятка перезаряжаемая	Наличие
2.3	Источник освещения – светодиодная (LED) лампа	Наличие
2.4	Диапазон значений диоптрийной коррекции колеса смены линз не менее: «плюсовые» с шагом в 1D от +1 до +38 D. «минусовые» с шагом в 1D от -1 до -36 D с индикатором диоптрий (отрицательные значения – красный цвет)	Наличие
2.5	Диафрагмы: малая апертура (микроточка), средняя апертура, большая апертура, фиксационная звезда, фиксационная звезда с полярными координатами, целевая апертура, полутень, бескрасный фильтр	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента инсталляции и ввода в эксплуатацию.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий - 1 ед:

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.1.	Офтальмоскоп непрямой бинокулярный беспроводной с автономным питанием с креплением на шлем	Компл.	1
1.2	Реостат НС50 (L) на головном обруче с трансформатором	Шт.	1
1.3	Портативный источник питания - заряжаемый блок	Шт.	1
1.4	Кейс для хранения и транспортировки в комплекте поставки	Шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Требуемые параметры	Примечание
2.1	Офтальмоскоп непрямой бинокулярный беспроводной с контролем яркости на офтальмоскопе	Наличие
2.2	Источник освещения – светодиодная (LED) или ксенон-галогеновая лампа	Наличие
2.3*	Шлем с винтовым замком и возможностью настройки под размер и форму головы исследователя, кабели и аккумулятор встроены в шлем	Наличие
2.4	Встроенная регулировка подъема оптики с возможностью фиксации оптической системы на 0°, 12.5°, 47.5°, 60°	Наличие
2.5	Настройка межзрачкового расстояния – не менее диапазона 46–74 мм	Наличие
2.6*	Синхронная настройка конвергенции и параллакса	Наличие
2.7	Типы апертур: диффузор, большой круг, средний круг, малый круг	Наличие
2.8	Встроенные фильтры: бесцветный, кобальтовый синий, желтый	Наличие
2.9	Светодиодные (LED) индикаторы заряда аккумулятора	Наличие
2.10	Зарядка от настенного или подключаемого трансформатора, возможность работать с прибором во время зарядки	Наличие

2.11	Асферические офтальмологические линзы для осмотра глазного дна: 16Д, 20Д, 30Д	Наличие
------	--	---------

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента инсталляции и ввода в эксплуатацию.

Пункты, отмеченные знаком астериск «», являются обязательными к исполнению. В случае отсутствия, предложение участников будет отклонено.*

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий - 1 ед:

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество
1.1.	Асферические офтальмологические линзы для осмотра глазного дна при бинокулярной офтальмоскопии 15Д, 20Д, 30Д	Компл.	1
1.1.1	Асферическая офтальмологическая линза для осмотра глазного дна при бинокулярной офтальмоскопии 15Д	Шт.	1
1.1.2	Асферическая офтальмологическая линза для осмотра глазного дна при бинокулярной офтальмоскопии 20Д	Шт.	1
1.1.3	Асферическая офтальмологическая линза для осмотра глазного дна при бинокулярной офтальмоскопии 30Д	Шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Требуемые параметры	Примечание
2.1	Асферическая офтальмологическая линза 15Д: поле обзора 36°/47°, увеличение 4.11х, рабочая дистанция 72 мм	Наличие
2.2	Асферическая офтальмологическая линза 20Д: поле обзора 46°/60°, увеличение 3.13х, рабочая дистанция 50-51 мм	Наличие
2.3	Асферическая офтальмологическая линза 30Д: поле обзора 58°/75°, увеличение 2.15х, рабочая дистанция 30 мм	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам.