

Лот № 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик):

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Кровать медицинская	104
2.	Матрац	104

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Кровать изготовлена из металлического прямоугольного профиля с полосами листового металла

2.2. Матрац из пенополиуретана в чехле из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани, устойчивой к обработке дезинфектантами.

2.3. Габаритные размеры кровати:

2.3.1. Длина 1950 – 1970 мм;

2.3.2. Ширина 795 - 805 мм;

2.3.3. Высота 770 - 785 мм;

2.3.4. Высота до ложа – 500 - 540 мм.

2.4. Габаритные размеры матраца должны соответствовать размеру кровати.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Разработчик технических требований:

главный внештатный специалист

главного управления по здравоохранению

Брестского облисполкома

Бучина О.В.



Лот № 7

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик):

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.	Кровать функциональная четырёхсекционная	106
2.	Матрац	106

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Кровать представляет собой сборную металлическую конструкцию.
- 2.2. Материал основания кровати – металл, материал спинок – пластик.
- 2.3. Угловые бампера – атравматические.
- 2.4. Торцевые спинки кровати съёмные.
- 2.5. Наличие двух складных боковых ограждений.
- 2.6. Оснащена четырьмя колесами, два из которых с тормозом; диаметр колес – не менее 125 мм.
- 2.7. Диапазон угла наклона головной секции – 0 – 60°.
- 2.8. Диапазон угла наклона тазобедренной секции – 0 – 40°
- 2.9. Наличие механического привода.
- 2.10. Возможность установить инфузионную стойку.
- 2.11. Возможность установить устройство для подтягивания.
- 2.12. Грузоподъёмность – не менее 250 кг.
- 2.13. Габаритные размеры кровати:
 - 2.13.1. Длина 2170 – 2200 мм;
 - 2.13.2. Ширина 940 - 960 мм;
 - 2.13.3. Высота 920 - 930 мм;
- 2.14. Высота до ложа не менее 510 мм.
- 2.15. Матрац из пенополиуретана в чехле из влагоотталкивающей и паропроницаемой ткани, устойчивой к обработке дезинфектантами.
- 2.16. Габаритные размеры матраца должны соответствовать размеру кровати.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Разработчик технических требований:
главный внештатный специалист
главного управления по здравоохранению
Брестского облисполкома
Бучина О.В. 