

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«21-я центральная районная
поликлиника Заводского района
г.Минска»

Н.Я.Мысливчик
« » 2025 г.

**Техническое задание
Белье одноразовое**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

п/п	Наименование	Ед. имз.	Количество
1	Пеленки нестерильные размером 70*110	Шт.	3500
2	Простыня нестерильная 160*210	Шт.	300

2. Технические требования:

- 2.1. Должны быть изготовлены из материала, который не впитывает биологические жидкости;
- 2.2. плотность не менее 35 г/м;
- 2.3. предназначен для медицинских учреждений;
- 2.4. в упаковке от 50-100 штук;
- 2.5 срок годности не менее 2-х лет (должно быть указание срока годности на упаковке).

Разработчик технического задания:

А.Н.Полякова