

## Технические характеристики (описание)

## Бумага для регистрирующих приборов для УЗ Гомельской области

## 1. Состав (комплектация) оборудования:

| Номер и наименование ЛОТа                                                                    | Размер                                                                                                                                                                                                                                                             | Количество  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ЛОТ №1</b><br>Бумага для регистрирующих приборов (ориентировочный размер 112*90*122)      | 1) ширина 112мм, расстояние между складками не менее 90мм, в пачке должно быть не менее 122 листов, разделенных поперечной перфорацией<br>2) обязательная совместимость с фетальными мониторами Cadence                                                            | 24 пачки    |
| <del>ЛОТ №2</del><br>Бумага для регистрирующих приборов (ориентировочный размер 143*150*300) | 1) ширина 143 мм, расстояние между складками не менее 150 мм, в пачке должно быть не менее 300 листов, разделенных поперечной перфорацией<br>2) обязательная совместимость с фетальными мониторами Sonicaid                                                        | 1 510 пачек |
| <del>ЛОТ №3</del><br>Бумага для регистрирующих приборов (ориентировочный размер 152*90*150)  | 1) ширина 152мм, расстояние между складками не менее 90мм, в пачке должно быть не менее 150 листов, разделенных поперечной перфорацией<br>2) обязательная совместимость с фетальными мониторами FM Bistos/Corometrics 4305 ААО/САО, Корометрикс-170, Bistos BT-350 | 7 900 пачек |

## 2. Технические требования:

**ЛОТ №1-3:**

- 2.1. Исполнение – Z-образная пачка (гармошка);
- 2.2. Лента должна быть сфальцована в пачки, в которой каждый лист разделен поперечной перфорацией;
- 2.3. Начало и конец ленты в пачке должен проходить по линиям фальцовки;
- 2.4. Лента должна быть изготовлена на теплочувствительной бумаге (т.е. с покрытием, реагирующим на нагревание);
- 2.5. Бумага должна быть белая;
- 2.6. Диаграммная сетка должна быть нанесена со стороны теплочувствительного слоя и расположена на одинаковом расстоянии от края бумаги.

## 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам организатора.