

БелМТ №678/26

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

«Консоль медицинская настенная амагнитная совместимая с МРТ с индукцией магнитного поля не менее 1,5 (полтора) Тесла».
Закупается 1 комплект

1. Состав одного комплекта оборудования:

№ п/п	Состав (комплектация оборудования)	Кол-во (штук)
1.	Консоль медицинская настенная амагнитная, совместимая с МРТ с индукцией магнитного поля 1,5 (полтора) Тесла	1 шт.
2.	Блок из 4-ти (пяти) электрических суммарная мощность подключаемой аппаратуры	1 шт.
3.	Разъем выравнивания потенциалов	2 шт.
4.	разъем RJ45	2 шт.
5.	Газовые разъемы, стандарт DTN кислород	1 шт.
6.	Газовые разъемы, стандарт DIN сжатый воздух	1 шт.
7.	Газовые разъемы, стандарт DIN вакуум	2 шт.
8.	Газовый разъем отвода отработанных газов (AGSS)	1 шт.

2. Технические требования:

2.1 Консоль медицинская настенная амагнитная (совместимая с МРТ с индукцией магнитного поля не менее 1,5 (полтора) Тесла), специально спроектированная для применения в кабинетах с МРТ установкой.

2.2 Электрические розетки, суммарная мощность подключаемой аппаратуры: 1 кВт; напряжение 220 В, частота 50 Гц; с контрольным индикатором, закрывающими крышками. Из 4-х розеток 2 (две) должны быть предусмотрены для подключения потребителей первой особой категории, для чего их закрывающие крышки или весь корпус этих розеток должны быть выделены отдельным цветом.*

* - невозможность выполнения пункта ведет к отказу в участии в конкурсе

3. Требований, предъявляемые к гарантийному сроку:

3.1 Гарантийный срок 24 (двадцать четыре) месяца с момента ввода оборудования в эксплуатацию.